

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Kalıcı Hemodiyaliz Kateter Seti, Çift Lümenli Pediyatrik Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KALICI HEMODİYALİZ KATETER SETİ, ÇİFT LÜMENLİ PEDİYATRİK	5	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:26.11.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

PEDİATRİK KALICI HEMODİYALİZ KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hemodiyaliz işlemler için uzun süreli damar yolu sağlamak için İnternal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.
- Kateter 8F ve10F kalınlıklarında , kateter uzunlukları 8F için 12cm, 15cm ,18cm; 10F için 12,17,19,23 cm uzunluklara sahip olmalıdır.
- Kateter polyurethane materyalden yapılmış olmalı ve damar yapısına uyum sağlamalıdır. Bu özelliği ile yüksek hasta toleransı sağlamalıdır.
- Kateter ameliyatla yada Seldinger tekniği ile takılmaya uygun olmalıdır.
- Kateterin implante edilebilen cuff kısmı güvenli fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin döndürülebilir dikiş kanatları güvenli dış fiksasyon sağlamalıdır.
- Kateterin cuff kısmı poliester materyalinden yapılmış olmalıdır.
- Kateterin yuvarlaklığı daha kolay giriş ve hasta rahatlığı sağlamalıdır.
- Kateterin %5 den daha az resirkülasyon oranı olmalıdır.
- Kateterin daha kolay kullanımı için priming volümü extension line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.
- İki lümenli kateter üzerinde arter yolu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

DİYALİZ KATETER KİTİ İÇİNDE

Hemodiyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki malzemelerden oluşmalıdır

- 1 adet çift lümenli düz 8 veya 10 F cuffli kateter olmalıdır.
- 1 Adet 20G x 7 cm giriş iğnesi olmalıdır
- 1 adet J tip 50 cm nitinol Guide Wire olmalıdır.
- 2 Adet injection cap olmalıdır.
- 1 Adet metal tunneling tool (trokar) olmalıdır.
- 1 Adet peelaway sheath olmalıdır.
- 1 adet 5 cc kilitli luer locklu şırınga olmalıdır.
- 1 adet kateter klemp olmalıdır
- 1 adet bistüri olmalıdır
- Steril, şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır.
- Son kullanım tarihi set üzerinde belirtilmelidir.
- Etilen oksit ile steril edilmelidir.
- Sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miyadlı olmalıdır.

Seyhan Devlet Hastanesi
Uz. Dr. F. SEĞMEN
Çocuk Hast. Uzmanı
Dip. T. 0427397
Hatice AĞAĞIŞ
Ç.Y.B.
Sorumlu Hemşiresi