

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Oksijen Flowmetresi Ve Nemlendirme Kabı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEK FLOWMETRELİ TEK MANOMETRELİ (NEMLENDİRME KABI İLE)	200	Adet		
2	FLOWMETRE NEMLENDİRME KAVANOZU KAPAKLI 200 ML	200	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:25.11.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

OKSİJEN FLOWMETRESİ ŞİŞESİ Sİ NEMLENDİRME KAVONUZU TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1- Nemlendirme Şişesi Kırılmaz Polikarbon Malzemedен İmal Edilmiş Olmalıdır.
- 2-Nemlendirme Şişesi Otoklavda 134 Derecede Steril Edilebilir Olmalıdır.
- 3-Bs Standardındaki Folwmetreye Ve Kapağına Uygun Olmalıdır.Nemlendirme kavanoz kapalı piriç malzemedен krom kaplı ya da krom olmalıdır
- 4-Nemlendirme Kavanoz Üzerinde Maksium Su Seviyesini Gösteren İşaretler Bulunmalıdır.
- 5-Ürün ce Belgeli UBB kayıtlı olmalıdır Olmalıdır.

NOT :NUMUNEYE GÖRE VERİLMELİDİR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tuncay KAYKAÇ
Baş Teknisyen

OKSİJEN FLOWMETRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Skala 015 lpm aralığında 1 lpm artışı olacaktır.
2. Skala Tüpü ve Korumacanı kırılmaz polikarbon malzemeden imal edilmiş olmalıdır
3. Gövde Pirinç malzemeden mamül krom kaplı olmalıdır ve JAK uzunluğu (7)CM olmalıdır
4. Firma ismi ve gaz ismi kalıcı bir şekilde yazılmış olmalıdır
5. Nemlendirme şişesi otoklavda en az 134 derecede steril edilebilir olmalıdır
6. Üzerine BS 5682:1992 standardına uyumlu direk bağlantılı abone fişi monteli olmalıdır. Ürün CE Belgeli olmalı ve belge kapsamında yazmalıdır.
7. İmalatçı ve yapımcı firmalar ISO 9001:2000 kalite belgeli olmalıdır UBB KAYITLI OLMALIDIR.
- 8-Nemlendirme kavanoz kapak tarafı pirinc malzemeden krom kaplı olmalıdır
- 9-kavanoz üzerinde 6 8 milim kalınlığında hortum girişi olmalıdır
- 10-Kavanozda nemlendirme difüzörü olacak pirinç malzemeden krom kaplı olmalıdır
- 11-Verilen kavanoz üzerinde su seviyesini gösteren alt ve üst limit yazılmalıdır
- 12-verilecek malzemelerin numuneleri görülerek uygunluk verilecektir**

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tıbbi Ekipmanlar
Baş Teknisyen