

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Meydan Merkezi Vakum Sistemi İçin Vakum Pompası Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TİĞLİ
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VAKUM POMPASI (MERKEZİ VAKUM SİSTEMİ İÇİN)	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:30.11.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

VAKUM POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pompa, 50 Hz de maksimum 106 m³/h kapasiteli olmalıdır. Pompa, 60 Hz de en fazla 127 m³/h verebilmelidir. İstenildiğinde invertör ile 0-60 Hz aralığında çalıştırabilmelidir. Pompa motor gücü 50 Hz 2,2 kW, 380 Volt Trifaze değildir. Enerji verimliliği kapsamında bu debide daha yüksek güçte motor asla olmamalıdır. 2,2 kW üzeri motorlar kabul edilmeyecektir.
2. 50 Hz de maksimum ses 66 dB olmalıdır. Ses ölçer ile tam yükte ölçüm yapılacaktır. Ses Seviyesi 66 dB üzerinde olan pompalar kabul edilmeyecektir.
3. Pompa final vakum değeri 0,1 mbar olmalıdır. Final değeri olan -759,625 mmHg 7x24 durmaksızın çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. Sistem ihtiyacı olan -650 mmHg veya -700 mmHg aralığındaki maksimum vakum değeri sorunsuz olarak sürekli sağlanabilmelidir.
4. Pompa maksimum 5 l yağ kapasiteli olmalıdır. Daha yüksek yağ kapasiteli vakum pompaları kabul edilmeyecektir.
5. Pompa üzerinde taşıma halkaları olmalıdır. Pompa üzerinde 4 adet şase bağlantı deliği bulunmalıdır.
6. Vakum bağlantı ağızı 1 1/2" G olmalıdır. Sisteme medikal bakır boru ile bağlantı yapılacaktır. Bağlantılar oynar rekorlar kullanılarak yapılacaktır. Hat üzerinde çek valf olmalıdır.
7. 75-80 C gövde sıcaklığında 7x24 durmaksızın çalışabilmelidir.
8. Yağ soğutma radyatör ile olmalıdır.
9. Blok Gas Balast Kiti olmalıdır. Gas balast özelliği olmayan pompalar kesinlikle kabul edilemeyecektir. Nemli operasyonlar ve uzun yağ ömrü için olan bir özelliktir.
10. Egzoz filtrelerinde kirlilik manometresi olmalıdır. Bu özelliği olmayan pompalar kabul edilmeyecektir. Bu özellik ile pompa egzoz filtre değişim zamanları analog olarak rahatlıkla izlenebilmektedir.
11. Pompa ağırlığı maksimum 72 kg olmalıdır.
12. Pompa CE ve üretici firma ISO belgeleri eksiksiz olmalıdır.
13. Üretici ya da temsilci firma minimum 10 yıl süre ile %100 orijinal yedek parça bulundurma garantisi verebilmelidir ve arıza anında en fazla 3 iş gün içinde ilgili yedek parçayı temin etmelidir. Bu şartı sağlamadığı sürece ihale komisyonu tarafından asla değerlendirmeye alınmayacaktır.
14. Pompa detay teknik resimleri (patlamış resim) ve detaylı parça listesi pompalar ile verilecektir. Bu tabloda minör ve majör tamir kitleri işaretli olacaktır. Resim üzerinde pozisyon numaraları yardımı ile ilgili tamir kitleri rahatlıkla seçilebilmelidir.
15. Pompa, periyodik bakım zamanlarını gösteren çizelgeler ve kullanım kılavuzunu içeren CD ile birlikte verilmelidir.
16. Teklif veren firmalar TSE Hizmet yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
17. Montaj teklif sahibince yapılacaktır.
18. Çalışma süresince iş güvenliği önlemleri firma tarafından alınacaktır.
19. Vakum Motoru ve aksamı en az 2 yıl garantili olacaktır.
20. Hasarlı Vakum motoru ve aksamı Marsa Teknik Birim yetkililerine teslim edilecektir.

Seyhan Devlet Hastanesi
Bülent KELEŞOĞLU
Teknik Birim Sorumlusu