

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Oksijen Tüpü Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TIBBİ GAZ / JENERATÖR / SIVI TANKI, TIBBİ AMAÇLI OKSİJEN GAZ TÜPÜ 200 - 230 BAR 4.5 - 5.0 LT	15	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:1.12.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

ÇELİK TÜP (5 LİTRE VE 10 LİTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tüpler 5ve 10 litre su haciminde, iç bükey (konvey) tabanlı dip çembersiz yapıda olacaktır.
- 2-TS 1169 ve TS 1964 standartına uygun olarak ,tüp boynu üzerinde bu standartlarda şart koşulan imalatçı bilgisi, et kalınlığı,dara değeri,işletme ve test basınçları.çelik akma gerilmesi değeri,seri numarası,imalat tarihi bilgileri yer alacaktır.
- 3- Yüklenici firma,tüplerin TS1169 ve TS1694 serisi standartlarına uygunluğunu belgeleyen TSE Standarta Uygunluk Belgesi ibraz edecektir.
- 4- Tüplere,Medikal gazı depolaması ve kullanımına uygun olacak şekilde TS1520 standartına uygun dişli vidalı vanalar takılmış olacaktır.
- 5-Tüpler TS1169 ve TS3402 standartına uygun olarak RAL Kodlarına uygun olarak,gövdede 5cm eninde beyaz şerit ve yine beyaz renkte oksijen yada O2 ibaresi olacaktır.
- 6-Tüplerin işletme ve deney basınçları 150/250 bar olacaktır.
- 7-Yüklenici firmanın İl Sağlı Müdürlüklerinden alınmış "Medikal Gaz Satış İzin Belgesi " olmalı ve bu belgeyi teklif ile birlikte verilmelidir
- 8-Yüklenici firmanın "Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlıđından" alınmış belgesi olmalı belgeyi teklif ile birlikte verilmelidir ve tüplerin UBB KAYDI OLMALIDIR
- 9-Yüklenici firmanın TSE belgesi olmalı belgeyi teklif ile birlikte verilmelidir
- 10-Tüpler mevcut Oksijen başlıđına uygun olmalıdır.
- 11-Tüpler üretim hatalarına karşın en az 1 yıl garantili olmalıdır.

MURAT TAŞ
Etiler

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
TUNCAY KAYKAÇ
Etiler Teknisyen