

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Covid19 Pcr Tanı Laboratuvarında Kullanılmak Üzere İhtiyacımızdır. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VTM PCR KİTİ	13000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:1.12.2020 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## V-NAT'li VTM Teknik Özellikleri

1. VTM, numunedeki hem RNA, hem de DNA'yı +2- 8 °C'de en az 5 gün muhafaza edebilmelidir.
2. VTM, numune ile temas ettikten sonra en fazla 5 dakika içinde viral, bakteriyel veya ökaryotik patojenleri etkisiz hale getirmelidir.
3. VTM' in içeriğini oluşturan bileşenler, qPCR reaksiyonuna doğrudan eklendiğinde "Tek Adımda Ters Transkripsiyon ve Gerçek Zamanlı PCR (RT-qPCR)" testini inhibe etmemelidir.
4. VTM, nükleik asit ekstraksiyonuna gerek olmadan doğrudan patojen tespiti için kullanılan bir RT-qPCR kiti ile valide edilmiş olmalıdır.
5. VTM taşıma tüpü polipropilen malzemeden yapılmış ve sızdırmaz vidalı kapağa sahip olmalıdır.
6. VTM ve taşıma tüpü steril, Pirojen/RNase/DNase/DNA/RNA içermemelidir ve sitotoksik olmamalıdır.
7. VTM'nin raf ömrü en az 12 ay olmalıdır.
8. VTM taşıma tüpleri Nazofaringeal sürüntü, Orofaringeal sürüntü, Bronkoalveolar lavaj ve Nazofaringeal lavaj/aspirat örneklerini taşımak için uygun olmalıdır.
9. Taşıma tüplerinde en az 2.5 mL VTM olmalıdır.
10. Her VTM Tüp ile birlikte %100 sentetik uçlu (rayon/polyester/naylon) steril bir eküvyon da temin edilmelidir.

Uzm. Dr. Aygül T. Bilge



Uz. Dr. Merve Sönmez



Emin KARAHAN  
Laboratuvar Teknikeri  
Merkez Lab. Birim Sorumlusu

