T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Karyola El Ve Ayak Sabitleme Kemeri Yetişkin Alımı işi satın alınacaktır.
İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KARYOLA EL SABİTLEME KEMERİ YETİŞKİN	3000	Adet		
2	KARYOLA AYAK SABİTLEME KEMERİ YETİŞKİN.	3000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:22.01.2021 16:00:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınfan karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirteçektir.
10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA
Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

YETİŞKİN EL SABİTLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ürün tedavi altındaki yetişkinlerin ajite olduğu durumlarda, kendilerine zarar vermelerini engelleyecek tarzda olmalı.El bileklerini soft bir şekilde kavramalıdır.

2-Ürünün yapısı cilde uyumlu olmalı; terleme, maserasyon ve cilde bası gibi etkileri meydana getirmemesi için; cilde gelen tarafı pamuklu kumaş, orta kısmı soft kavrama için en az 8 mm sünger, üst kısım sabitleme işleminin güvenliği için tüylendirilmiş kumaş olmalıdır.

3-Uygulanması güvenli, pratik ve şık olmalıdır.

4-Sabitleyicinin gövde genişliği en az 60 mm ve gövde uzunluğu her türlü bileğe uygulanacak ölçüde olabilmesi için en az 250 mm olmalıdır. Uygulayıcı elleri uygun mesafede sabitleyebilmesi için sabitleyicinin velkro bağlantısının altına yerleştirilmiş en az 750 mm' lik iki kuşak olmalıdır.

5-Kuşaklar en az 20 mm eninde ve dayanıklılığı yüksek olması için sentetik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Uygulamanın hiçbir evresinde uçları kesinlikle açılmamalı, dokuması aralanmayacak tarzda sık ve güçlü olmalıdır.

6-Kilitleme işleminin güvenli ve pratik olması için; sabitleyicinin bir ucuna dikişsiz tutturulmuş, en az 50 mm eninde ve en az 100 mm uzunluğunda parça olmalıdır. Sabitleme işlemi ürünün üst katını oluşturan tüylü kumaşa uygun mesafede yapılmalıdır.

7-Sabitleyici için verilen ölçülerde (+/-) % 5 oranında opsiyon vardır.

8- Üründe Kullanılan meteryallerin vücutta herhangi bir iritasyona neden olmadığına dair bağımsız laboratuvarlardan yada üniversitelerden alınmış test raporları olmalıdır.

9-Ürün, kullanıcı ve kullanım yeri göz önüne alınarak; bir yüzü şeffaf sterilizasyon poşeti içinde STERİL olmalı.

YETİŞKİN AYAK SABİTLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Ürün tedavi altındaki yetişkinlerin ajite olduğu durumlarda, kendilerine zarar vermelerini engelleyecek tarzda olmalı.Ayak bileklerini soft bir şekilde kavramalıdır.

2-Ürünün yapısı cilde uyumlu olmalı; terleme, maserasyon ve cilde bası gibi etkileri meydana getirmemesi için; cilde gelen tarafı pamuklu kumaş, orta kısmı soft kavrama için 8 mm sünger, üst kısım sabitleme işleminin güvenliği için tüylendirilmiş kumaş olmalıdır.

3-Uygulanması güvenli, pratik ve şık olmalıdır.

4-Sabitleyicinin gövde genişliği en az 70 mm ve gövde uzunluğu her türlü bileğe uygulanacak ölçüde olabilmesi için en az 350 mm olmalıdır. Uygulayıcı ayakları uygun mesafede sabitleyebilmesi için sabitleyicinin velkro bağlantısının altına yerleştirilmiş en az 750 mm' lik iki kuşak olmalıdır.

5-Kuşaklar en az 20 mm eninde ve dayanıklılığı yüksek olması için sentetik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Uygulamanın hiçbir evresinde uçları kesinlikle açılmamak, dokuması aralanmayacak tarzda sık ve güçlü olmalıdır.

6-Kilitleme işleminin güvenli ve pratik olması için; sabitleyicinin bir ucuna dikişsiz tutturulmuş, en az 50 mm eninde ve en az 100 mm uzunluğunda parça olmalıdır. Sabitleme işlemi ürünün üst katını oluşturan tüylü kumaşa uygun mesafede yapılmalıdır.

7-Sabitleyici için verilen ölçülerde (+/-) % 5 oranında opsiyon vardır.

8- Üründe Kullanılan meteryallerin vücutta herhangi bir iritasyona neden olmadığına dair bağımsız laboratuvarlardan yada üniversiteden alınmış test raporları olmalıdır.

9-Ürün, kullanıcı ve kullanım yeri göz önüne alınarak; bir yüzü şeffaf sterilizasyon poşeti içinde STERİL olmalı.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mehtap S.
Hemşire