

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Aşı Taşıma-nakil Kabı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AŞI TAŞIMA KABI	5	Adet		
Toplamı					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:29.01.2021 14:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

AŐI NAKİL KABI (ORTA BOY) TEKNİK ŐARTNAMESİ

1. Ürünün buz aküleri yerleřtirildikten sonra kalan hacmi en az 15 lt en fazla 20 lt ve tařımayı kolaylařtıracak Őekilde tekerlekli olmalıdır.
2. Ürün sođuk zincir bozulmadan aŐı, kan, doku, organ ve gıda numunelerini tařıyacak özellikte tasarlanmış olmalıdır.
3. Ürün buz kalıpları sayesinde ierisinde bulunan ürünleri daha uzun sürede koruyabilecek özellikte olmalıdır. İerisindeki aŐıları +2 °C ile +8 °C arasında en az 24 saat koruyabilmelidir.
4. AŐı Nakil Kabının i cidarı pürüzsüz yapıda polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
5. AŐı Nakil Kabının kapak ve gövde izolasyonu poliüretan 24 densite malzeme ile sađlamlařtırılmış olmalıdır.
6. Ürün çift cidarı sayesinde uzun süreli muhafaza kapasitesine sahip olmalıdır.
7. Ürün üstten yüklemeli olmalıdır.
8. Ürün kapađı menteŐe sistemi ile bađlanmış olmalıdır. Bu kapak tek elle bile açılabilir özellikte olmalıdır.
9. Kapak üzerinde kilit sistemi bulunmalıdır. Bu sistem tařıma kulbu dik hale getirildiđinde devreye girmeli, kulp yatık hale getirildiđinde kapak açılacak Őekilde tasarlanmış olmalıdır.
10. Tařıma kulbu ve omuzda tařınabilmesi iin omuz askılıđı olmalıdır.
11. Tekerlekleri sayesinde kolay tařınmalıdır ve tekerlekler istenildiđinde çıkarılabilmelidir.
12. Montaja gerek duyulmamalıdır.
13. Her aŐı nakil kabı ile uyumlu ücretsiz 4 (Dört) adet buz aküsü verilmelidir.
14. Orijinal ambalajı ile teslim edilmelidir.
15. AŐı nakil kablari AŐı Takip Sistemine (ATS) tanımlanabilmelidir.
16. HeraŐı nakil kabı iin aŐı nakil kablariyla birlikte Datalogger verilmelidir. Datalogger cihazı iin istenen özellikler EK-1 de (Datalogger Teknik Őartnamesi) belirtilmiştir.

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzman Dr. Bilal ANLAR
Diy. Mes. No : 11649
BaŐhekim Yardımcısı