

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 4 kalem Diyaliz Ünitesinde Kullanılan Diyaliz Cihazları Ve Arıtma Sistemi İçin Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMODİYALİZ CİHAZI HAVA DEDEKTÖR KAPAĞI	5	Adet		
2	SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI ULTRAVİYOLE LAMBA	4	Adet		
3	HEMODİYALİZ CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA	7	Adet		
4	HEMODİYALİZ CİHAZI BAKIM KİTİ	7	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:11.02.2021 11:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. HEMODİYALİZ CİHAZI HAVA DEDEKTÖR KAPAĞI

1. Teklif edilen malzeme fresenius marka 4008 S V10 model hemodiyaliz cihazına uygun olacaktır.
2. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Numune cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir

2. SU ARITMA ÜNİTESİ ULTRAVİOLE LAMBA

1. Alınacak ultraviole lamba 2 (iki) tip olacaktır.
2. Alınacak lambalardan tip1 2 adet ve tip2 2 adet olmak üzere toplam 4 adet alınacaktır.

TİP 1 ÖZELLİKLERİ

1. UV Lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
2. 254 nanometre dalga boyu olmalıdır.
3. UV lambasının su sterilizasyonu yapabilme özelliği olmalıdır.
4. UV lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protoza virüs ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalıdır.
5. Mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
6. Lamba uzunluğu 84 cm olacaktır.

TİP 2 ÖZELLİKLERİ

1. UV Lamba ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
2. 240 nanometre dalga boyu olmalıdır.
3. UV lamba dezenfeksiyon sistemi bakteri protoza virüs ve küf etkenleri etkisiz hale getirebilme özelliği olmalıdır.
4. Mevcut sisteme uyumlu olmalıdır.
5. Lamba uzunluğu 81 cm olacaktır.
6. Fresenius 40 balast ile uyumlu çalışabilmelidir.

3. HEMODİYALİZ CİHAZI ŞARJ EDİLEBİLİR BATARYA

1. Teklif edilen batarya fresenius marka 4008 model hemodiyaliz cihazına uygun olacaktır.
2. 18V / 3,4 Ah olacaktır.
3. Batarya ölçüleri en çok Eni 11 cm, boyu 14 cm ve yüksekliği 7 cm olacaktır.
4. Batarya 12V/3.4 Ah ve 6V/3,4 Ah bataryaların birleşiminden oluşacaktır.

4. HEMODİYALİZ CİHAZI BAKIM KİTİ

1. Teklif edilen malzeme fresenius marka 4008 model hemodiyaliz cihazına uygun olacaktır.
2. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Teklif edilen malzemenin ambalajında yırtık ve hasar olmamalıdır.
4. Malzemenin ambalajı üzerinde üretici bilgileri ve üretim tarihi olmalıdır.

Süleyman KILDACI
Teknisyen

Ergün YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri