

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 5 kalem Siemens Ve Toshiba Tomografi Cihazı Yedek Parça işi satın almacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI  
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TOMOGRAFİ CİHAZI ICS BİLGİSAYAR HARD DİSK	4	Adet		
2	TOMOGRAFİ CİHAZI GANTRY İÇ BANDI ESNEK PLEXI RING	1	Adet		
3	TOMOGRAFİ CİHAZI COİLED CABLE	1	Adet		
4	TOMOGRAFİ CİHAZI MASA MİCROSWİTCH	1	Adet		
5	TOSHİBA TOMOGRAFİ CİHAZI BİLGİSAYARI HARD DİSK	1	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:15.03.2021 11:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- ~~11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.~~

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

# TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

## 1.TOMOGRAFİ CİHAZI ICS BİLGİSAYARI HARDDİSK

- 1.Harddisk Siemens Marka Emotion 16 Model Tomografi cihazı ICS kasaya uygun olacaktır.
- 2.Harddisk SAS girişli olacaktır.
- 3.En az 73 GB olacaktır.
- 4.En az 6 (altı) ay garantili olacaktır.

## 2.TOMOGRAFİ CİHAZI GANTRY İÇ BANDI ESNEK PLEXİ RİNG

- 1.Siemens Marka Emotion 16 Model Tomografi cihazına uygun olacaktır.
- 2.Parça numarası 03815409 olacaktır.

## 3.TOMOGRAFİ CİHAZI COİLED CABLE

- 1.Siemens Marka Emotion 16 Model Tomografi cihazına uygun olacaktır.
- 2.Parça numarası 05552794 olacaktır.

## 4.TOMOGRAFİ CİHAZI MASA MİKROSWİTCH

- 1.Siemens Marka Emotion 16 Model Tomografi cihazına uygun olacaktır.
- 2.Parça numarası 03143492 olacaktır.

## 5.TOMOGRAFİ CİHAZI BİLGİSAYARI HARDDİSK

- 1.Harddisk Toshiba Marka TSX-034A/1C Alexion Advance Model Tomografi cihazı bilgisayarına uygun olacaktır.
- 2.Harddisk SAS girişli ve 2,5 inc olacaktır.
- 3.En az 500 GB olacaktır.
- 4.En az 6 (altı) ay garantili olacaktır.

  
Özcan TUYSUZ  
Biyomedikal Teknikeri

  
Ergün YALÇIN  
Biyomedikal Teknikeri