

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Ambu Yetişkin Set Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|--------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | AMBU YETİŞKİN SET 1000-1500 ML | 50 | Adet | | |
| | | | | Toplam | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:15.03.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

AMBU(ERİŐKİN) TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1) Ürün tekli paket içerisinde temin edilmeli.
- 2) Ambu balon PVC veya silikon malzemedен yapılmıő olmalı.
- 3) Ürün esnek ve eski haline en kısa sürede dönebilecek yapıda olmalı.
- 4) Sterilizasyon işlemi yapılabilmeli,sonrasında renk ve koku deęiőimi olmamalı.
- 5) Ürün ile birlikte iki(2) adet (PVC ve silikon) kancalı şişirilebilen şeffaf-360 derece dönebilen maske, oksijen bağlantı hortumu set içinde olmalı.
- 6) Ürün üzerinde hastayı aşırı basınçtan koruyan 'pop-off valve' bulunmalı.
- 7) Tek yönlü güvenlik valfi bulunmalı.
- 8) Ürünün alt tarafında oksijen bağlantı giriői bulunmalı.
- 9) Maske sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuőak yapıda olmalı.
- 10) Ürün balonu,konektörü ve valveleri içerisinde toz-partikül olmamalı.
- 11) Basınç ayarı max 60±10 cm H2O olmalı, valve üzerinde max basınç ayarlama seviyesi yazılı olmalı.
- 12) Ürün kolay yırtılmamalı,kırılmamalı,patlamamalı.
- 13) Rezervuar torbası kendilięinden şişebilmeli.
- 14) Rezervuar torbası kolayca ayrılmamalı,bir konektör ile tespiti sağlanmalı.
- 15) Ürün balon hacmi 1500/2000 aralıęında , rezervuar hacmi 1500/2500 arasında olmalı.
- 16) ISO,CE belgelerinden birine sahip olmalı.
- 17) Firma ürünü istenilen özellikte teslim etmekle yükümlüdür.
- 18) Ürün kullanımı,saklama koőulları ve teknik özellikleri belirtilen türkçe kitapçık olmalı.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Mehtap GAZMAZ
Hemőire