

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Poliglolikolik Asit Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	POLİGLİKOLİK ASİT(% 90) LAKTİK ASİT(% 10) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 1 45 (±5) MM 1/2 YUVARLAK 75 CM.	1000	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:19.03.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SENTETİK UZUN SÜREDE EMİLEBİLİR ÖRGÜLÜ DİKİŞ SÜTUR

1. Malzeme içeriği %90glikolid ve %10 laktik asid polimerden oluşmalıdır.
2. Sentetik emilebilen örgülü materyal olmalıdır.
3. Kaplama operasyon esnasında sütürden ayrılmayacak şekilde olmalı ve böylelikle dokudan kolaylıkla geçebilmelidir.
4. Gerilme gücü 5.günde %50,10-14.günde %0 olmalıdır.Sütür 56-70 günde vücuttan tamamen atılmalıdır.
5. Teslim tarihi ile son kullanma tarihi arasında en az 2 yıl miadlı olmalı olmalıdır.
6. Sterilizasyonu gama ışınları veya etilen oksit ile olmalıdır.
7. Beher poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı ürün katalog numarası,ürün tanıtımı,sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.
8. Bükülmeye karşı güçlü olması için cerrahi iğneler ısı veya lazer işlemine tabi tutulmalıdır.Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır.İstenilen her malzemenin iğne boyu(+2,-2 olmalıdır),iğne özelliği ve ip kalınlığı birebir olmalıdır.
9. Birim ambalaj: sentetik monoflaman emilebilir olabilen cerrahi iplik,kullanım anına kadar sterilitesinin korunması sağlayacak şekilde olmalıdır.
10. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır:
 - imalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı
 - iğne cinsi(yuvarlak keskin spatul tapercut künt uçlu,gibi)iğne adedi(tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu(mm olarak)
 - iğne büyüklüğü(1/1 oranında görülmeli)
 - iğnesiz ise sütür adedi
 - sütürün kalınlığı(metrik yada USP olarak)
 - sütürün uzunluğu
 - sütürün rengi
 - steril ibaresi,sterilizasyon metodu
 - üretim,son kullanma tarihleri
12. Kutu ambalajının üzerinde okunaklı ve bozulmayacak şekilde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır;
 - İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
 - Sıcaktan ve ışıktan korunmasına ilişkin yazı bulunmalıdır.
 - Birim ambalaj üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
- 13 .Sütürler kolay düğüm tutmalı, kopmamalı ve liflenme yapmamalıdır.
14. Teklif edilen ürünün teknik şartnameye uygunluğu yazılı olarak beyan edilmelidir.
15. Ürüne ait birim ambalajın bir numunesi ihale sırasında ihale komisyonuna sunulacaktır

T.C. SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Ülküster OKUDUCU
Dip. Tes. No : 50318
Kadın Hastalıkları Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Retzi YALÇIN
K.B.B. Uzmanı
Dip. Tes. No : 33264