

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Antibiyotikli Kemik Çimentosu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ANTİBİYOTİKLİ KEMİK ÇİMENTOSU HIZLI DONAN 40 GR. TOZ+20 ML.SIVI	320	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.03.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

Antibiyotikli Kemik Çimentosu Teknik Şartnamesi

SUT KODU	MALZEMENİN İÇERİĞİ
1 AP3180	Antibiyotikli Kemik Çimentosu

1. Ürün TITUBB' ye kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
2. Sıvı monomer, membran filtreleme ile sterilize edilmiş olmalıdır. Ampulün iç tarafı kuru ısıyla, dış yüzeyi ve bitişik soyma kesesi de etilen oksite maruz bırakılarak önceden sterilize edilmiş olmalıdır.
3. 1 poşet 40.8 g tozun içerisinde 0.8 g gentamisin sülfat yada 0.5g gentamisin, 33.6g metil akrilat, 6.1 zirkonyum dioksit,0.3 benzoil peroksit olmalıdır.
4. 20 ml sıvının içeriğinde 18.4g metil meraklilat, 0.4g N,N-dimetil-p- toluidin olmalıdır.
5. Cement tozunda röntgen kontrast ortamı olarak çözünmez zirkonyumdioksit olmalıdır, optik olarak klorofil katkı maddesi ameliyat bölgesinde kemik sementinin radyolojik ortamda görülmesini sağlamalıdır.
6. Polimerleşme, toz Polimer ve sıvı monomer karıştırıldığı anda başlamalı, 2-4 dakika içerisinde yüksek vizikoziteli bir karışım haline dönüşmelidir.
7. Gentamicin içermelidir ve çimento antibiyotik karışımında homojen bir karışım sağlayabilmelidir.
8. Oda sıcaklığında saklanmalıdır.
9. Yüksek Vizikoziteye sahip olmalıdır.
10. Malzeme çift steril pakette olmalıdır, likit malzemenin ampulünün kırılmasını engellemek için sert plastik malzeme içinde olmalıdır.
11. Ampülü ameliyat esnasında kolay kırabilmek için ampülün boyun kısmında plastik malzeme bulunmalıdır.
12. 20 ml Likit ve 40 gr toz olarak ayrı ayrı steril paketlerde olmalıdır.
13. Radyoopak madde içermelidir.
14. Kutu içerisinde ürünün lot numarası, katalog numarası, açık adı ve sterilizasyon tarihi bulunan yapışkanlı 4 adet etiket bulunmalıdır.
15. Donma süreleri : 16°-24° de 3 ile 8 dakika arasında olmalıdır.
16. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl geçerli olmalıdır.
17. Orjinal üretim olmalıdır.
18. Ürünler CE belgeli olmalıdır.
19. Isı veya ışık gibi fiziksel nedenler ya da kimyasal miyarların yol açtığı erken polimerleşmeyi önlemek için Hidrokinon ilave edilmiş olmalıdır.
20. İki bileşen karıştırıldığında vücut sıcaklığında sertleşmeyi kolaylaştırmak için N, N-dimetil-p- toluidin eklenmiş olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa CALIŞKIR
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 55166

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Mustafa CALIŞKIR
Dip. Tes. No : 55166
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa KURT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 88996

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa KURT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No : 88996