

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Marsa Yenidoğan Yoğunbakım Servisi Tansiyon Manşonu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İbrahim TIĞLI
Sağlık Teknikeri

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TANSİYON MANŞONU TEK HORTUMLU YENİDOĞAN	100	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:12.04.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanahs6.satinalma@saglik.gov.tr

TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ

1-HASTANEMİZDE YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MEVCUT BULUNAN PETAŞ KMA 800 VE NİHON KOHDEN MARKA HASTA BAŞI MONİTÖRLERE UYUMLU OLMALIDIR.

2-CİHAZLARIN TANSİYON HORTUMU İLE MANŞON ADAPTÖRLERİ UYUMLU OLMALIDIR.

3-MANŞON ÜZERİNDE ARTER NOKTASI GÖSTERİLMELİDİR.

4-MANŞON LATEKS İÇERMEMELİ LATEKS İÇERMEDİĞİ BELİRTİLMİŞ OLMALIDIR.

5-MANŞON 3000 GR.- 4000GR. ARASI BEBEKLERDE KULLANIMA UYGUN ORTA BOY OLMALIDIR.BÖLÜMÜN İSTEDİĞİ ÖLÇÜ VE EBATLAR DA TESLİM EDİLMELİDİR.

6-MANŞON KENARLARI YUMUŞAK OLMALI BEBEĞİN CİLDİNİ TAHRİŞ ETMEMELİ.

22.03.2021,

Seyhan Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Beliz Yürek DEVELİ
Dip. Tes. No: 764790
Tıbbi Sağlık ve Hastalıklı Uzman