

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Endotrakeal Tüp Elektrot Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOTRAKEAL TÜP ELEKTROD DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	15	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:16.04.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

ENDOTRAKEAL TÜP ELEKTROT

1. Ürün Hastane bünyesinde bulunan tüm Endotrakeal tüplere uyumlu olarak tasarlanmış olmalıdır.
2. Elektrodun Konnektörleri bağlantı aşamasında karışıklığı önlemek amacı ile iki ayrı renkte olmalıdır.
3. Konnektör uçları 42802 DIN normundaki girişlere' a uyumlu olmalıdır.
4. Ürün 5 yıl miyatlı olmalıdır.
5. Elektrodun uzunluğu 45 mm olmalıdır.
6. Sağ ve sol vokal kordlara temas edecek 2 adet elektrodun her biri 11 – 12 mm genişliğinde olmalıdır.
7. Sağ ve sol vokal kordlara temas edecek elektrodun yapışkan yüzey genişliği ve uzunluğu en az 45 mm olmalıdır.
8. Sağ ve sol vokal kordlara temas edecek elektrodların tespiti aşamasında referans olması amacı ile elektrodların üzerinde 10mm ara ile 2 adet klavuz çizgisi bulunmalıdır.
9. Bağlantı kablolarının uzunluğu 76 – 78 cm olmalıdır.
10. Tüp elektrodun plastik kısımları entübasyon tüpünün yerleştirilmesi aşamasında pürüssüz bir geçiş sağlaması amacı ile yumuşak bir materyalden yapılmış olmalıdır.
11. Ameliyatlara eşlik edecek bir personel firma tarafından ürünün kullanılacağı her vakada hazır bulunmalıdır
12. Ameliyat da kullanılan cihaz vokal kort temassızlığında ve tüm kablo bağlantılarında meydana gelebilecek olumsuzlukları sesli ve görsel olarak geri bildirmelidir.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 65288

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Adana Seyhan Devlet Hastanesi
Op. Dr. Mehmet ZORLUK
Dip. Tes. No : 65288
Genel Cerrahi Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. S. İsmail ZÖHRER
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 65288