

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Eeg Pastası Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EEG PASTASI	60000	Gram		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.04.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## EEG PASTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Eeg pastası tamamen kokusuz olmalıdır.
- 2-Eeg pasta iletken özellikte olup direnci sıfır olmalıdır.
- 3-Uygulamadan sonra kolay temizlenebilmelidir.
- 4-Vücut ısısına karşı dayanıklı olup erimemelidir.
- 5-Kutu en az 400 gram ağırlığında olmalıdır.
- 6-Eeg pastası cihazda artifak oluşturmadan parazitsiz trase verebilmelidir.
- 7-Teklif edilecek eeg pastasının kutusunun üzerinde marka yazılı olmalıdır.
- 8-Kutu üzerinde LOT numarası bulunmalıdır.
- 9-Kutu üzerinde son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.(son kullanım tarihi bulunmayan ürünler kabul edilmeyecektir)
- 10-Eeg pastası CE belgeli olmalıdır,kutu üzerinde CE işareti bulunmalıdır.
- 11-Eeg pastası içerisinde poloxyethylene 20 cetyl ether,su,glycerin,calcium carbonate,propanediol,potassium chloride,gelwhite,sodium chloride,polyoxyethylene 20 sorbitol,methylparaben,propylparaben,içermektedir.Ayrıca kutu üzerinde belirtilmelidir.
- 12-Eeg pasta oda sıcaklığında erimemelidir.
- 13-Eeg pastası terlemeye karşı dirençli olmalıdır.
- 14-Eeg pastası kullanımdan sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç duyulmamalıdır,(solüsyon,alkol,dezenfektan gibi)
- 15-Eeg pastası alerjik yapmayacak şekilde olmalıdır.
- 16-Pastalar orijinal ambalajında olmalıdır.
- 17-Eeg pastası uyku ve yoğun bakım çekimlerinde problemsiz kullanılmalıdır.

SEYHAN BEYLİK HASTANESİ  
Uz. Dr. Berna KAYA  
Neuroloji Uzmanı  
Dış. Tes. No: 197/50

## TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. Yüklenici firma cihazın/malzemenin; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3. Maddesinin (o) bendinde belirtilen aşağıdaki 4 kullanım amacından en az 1 tanesini belirtecektir.

- Hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi ya da

-Yaralanma veya sakatlığın tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi ya da

-Anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi veya yerine başka bir şey konulması veyahut

-Doğum kontrolü

2. İsteklilerin T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Uz. Dr. Berna KAYA  
Nöroloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 119750