

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Kompozit Yara Örtüsü işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 100-224 (OR4548)	200	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.05.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

BAKTERİ BAĞLAYICI HİDROFOBİK KATMANLI,CERRAHİ YARA ÖRTÜSÜ

- 1- Ürün,bası ülserlerinde, arteriyel ülserlerde,venöz ülserlerde,yüzeysel yaralarda ve cerrahi insizyon yaralarında cilt bozulmasını ve hasarını önlemeye yönelik kullanımlara uygun,yara iyileşmesini destekleyici primer ve sekonder kapama amaçlı cerrahi örtü olmalıdır.
- 2- Ürün,sudan koruyucu yarı geçirgen film katman,absorbanyara ped katman ve yara yüzeyine temas edecek olan dialkyl carbamoyl chloride(DACC)içeren asetat örtü katman olmak üzere 3 katmandan oluşacaktır.
- 3-Ürünün sudan koruyucu yarı geçirgen film katmanı sağlam dokuya yapışmayı sağlayan hipoallerjenik adheziv içermelidir.
- 4-Ürün,yara üzerinde oluşabilecek kolonizasyon ve enfeksiyon riskini azaltabilmeli,enfeksiyon varlığında hidrofobik etkileşim ile ortamdaki patojen bakteri(Staf.Aerus,Ps.Aeroginosa vb.) ve mantarları(Candida albicans vb)inaktive ederek ve ortamdan uzaklaştırarak enfeksiyonu giderebilmelidir.
- 5- Malzeme,hidrofobik etkileşim özelliği sayesinde yara yüzeyindeki patojenik mikroorganizmalara yapışıp,yaranın içinden çekip temizleme özelliğine sahip olmalıdır.
- 6-Ürün,bakteri ve mantarlarda direnç gelişimine sebep olmalıdır.Bakteri ve mantarlarda direnç gelişimine neden olabilen antiseptik,antibakteriyel ya da antifungal herhangi bir madde içermemelidir.
- 7-Ürün,allerjik ve sitotoksik olmamalıdır.
- 8-Malzemenin boyutları 10x20 cm şeklinde olacaktır.


SEYHAN BEYLER HASTANESİ
Uzm.Dr. İsmail AKSU
Dip.Tes.No: 94740
Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı