

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 kalem 6 Kalem Biyomedikal Malzemesi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KABLOSU GRABBER - TİMSAH UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 5 LEAD	5	Adet		
2	EKG KABLOSU BANANA UÇLU AHA RENK KODLU POLİÜRETAN KAPLI 4.00 MM 10 LEAD GE MAC 2000	5	Adet		
3	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ EKG ÖLÇÜM KABLOSU 5 LEAD	10	Adet		
4	KARYOLA SIRT KALDIRMA MOTORU	5	Adet		
5	AMELİYAT MASASI TEKERLEĞİ	2	Adet		
6	TANSİYON ALETİ MANŞONU DIŞ BEZİ SEVİYE AYARLAMA ANAHTARLI	10	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.05.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

TIBBİ CİHAZ YEDEK PARÇA ALIMINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.HASTAŞI MONİTÖR EKG ÖLÇÜM KABLOSU

- 1.Petaş Marka KMA 900 model hasta başı monitor cihazına uygun olacaktır.
- 2.EKG kablosu 5 lead, renk kodlu ve timsah uçlu olacaktır.
- 3.UTS kaydı olacaktır.
- 4.Numune görüldükten sonra teklif verilecektir.
- 5.Numune cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.

2.EKG KABLOSU

- 1.Kablo on lead olmalıdır,her uçun bağlantı kısmı ızgara sistemli olmalıdır,puar ve mandal bağlantısı rahatça sıkılabilmelidir,düz kablo uçları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 2.Kablo uçları ayrımı kolay farklı renkte değildir.
- 4.Kablunun kol ve ayaklara uzanan uçları her hasta için yeterli uzunlukta olacaktır.
- 5.Kablolarda üzerinde hasta bağlantı renk kod sistemi bulunmalıdır.
- 6.**GE HEALTHCARE marka MAC 2000 model ekg cihazına uyumlu olmalıdır.**
- 7.Ekg kablosu oluşabilecek parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.
- 8.Ürünün UTS kaydı olmalıdır.

3.EKG KABLOSU

- 1.Mindray Marka Mec 2000 model hastabaşı monitor cihazına uygun olacaktır.
- 2.EKG kablosu 5 lead, renk kodlu ve timsah uçlu olacaktır.
- 3.UTS kaydı olacaktır.
- 4.Numune görüldükten sonra teklif verilecektir.
- 5.Numune cihaz üzerinde denendikten sonra kabul edilecektir.

4.KARYOLA SIRT KALDIRMA MOTORU

- 1.Motor hastanemizde kullanılan Promek marka hasta yatağına uygun olmalıdır.
- 2.Motor çalışma voltajı DC 24V. MAX. 3:5 AMPER olmalıdır.
- 3.Max. LOAD 3500 NEWTON olmalıdır.
- 4.Motorun ITEM NO SU J01266 Kodlu olmalıdır.
- 5.Motor yatak üzerinde denendikten sonra uygunluk verilecektir.
- 6.Motor 1 yıl garantili olacaktır.
- 7.**Numune görülerek teklif verilecektir.**


5.AMELİYAT MASASI TEKERLEĞİ

- 1.Üzümcü marka OM-9T model ameliyat masasına uygun olacaktır.
- 2.Alınacak tekerleklerde kilitleme sistemi olacaktır.
- 3.Alınacak malzeme numunesine uygun olacaktır.

6.TANSİYON ALETİ KOL BEZİ

- 1.Manşet kolbez 13x47 (+/-2 cm) olmalıdır.
- 2.Manşet üzerinde ölçülebilir kol çapı 29-40 cm (+/-2 cm) olmalıdır.
- 3.Manşet üzerinde steteskop girişi gösteren işaret bulunmalıdır.
- 4.Kolbezi dayanıklı kumaş ve iplikten dikilmiş olmalıdır.
- 5.Manşet dış bezi seviye ayarlamalı kancalı olmalıdır ve kancasında orjinal olduğunu gösteren baskılı marka bulunmalıdır
- 6.Numuneler görülerek teklif verilecektir
- 7.**Ürünün UTS kaydı olacaktır.**


Özcan TÜYSÜZ
Biyomedikal Teknikeri


Ergün YALÇIN
Biyomedikal Teknikeri