

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Diz Örtü Seti Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DİZ ÖRTÜ SETİ (ORTOPEDİ AMELİYATLARINDA KULLANILMAK ÜZERE)	200	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.06.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

DİZ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set tek kullanımlık olmalıdır.
2. Tekli steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Üretici firma ISO 14001 belgesine sahip olmalıdır.
4. Ürün lateks içermemeli ve bu özellik üretici firma tarafından belgelendirilmelidir.
5. Ameliyathane kullanımına uygun olmalı, ambalajı kolay açılmalıdır.
6. Ürünün üzerinde doğru yerleşime imkan sağlayacak işaretler bulunmalıdır.
7. Ürün EN13795-1 (Cerrahi drepve önlükler için Avrupa Standartları, ürünler, yöntemler ve üreticiler için genel gereklilikler) standartlarına uygunluk göstermeli ve üretici firma ürünlerin EN 13795-2 standardı altında yer alan pr EN ISO 22610 ve pr EN ISO 22612 test metodlarına göre üretildiğini labaratuvar raporları ile belgelendirmelidir.
8. Ürün materyali sıvı ve bakterilere karşı %100 geçirmez olmalıdır.
9. Sistem, paketinden kullanım sırasına göre yerleştirilmiş olarak çıkmalıdır.
10. Raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
11. Radyasyon yöntemi veya etilen oksitle steril edilmiş olmalıdır.
12. Ürün materyali antistatik olmalı ve tiftiklenme yapmamalıdır.
13. Paketin üzerinde seti oluşturan parçalar ayrı ayrı gösterilmeli ve ebatları belirtilmelidir.
14. Ürün sterilitenin korunması için 3 aşamalı (transport kutu, dispanser kutu ve sterilizasyon bariyeri) paket sistemine sahip olmalıdır.
15. Ürün depolama kolaylığı sağlayacak şekilde ince paketlenmiş olmalı ve ürün materyali dpolama esnasında oluşabilecek olan hsrar riskini minimuma indirgeyecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
16. Ürün paketi üzerinde kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, sterilizasyon metodu ve üretici firma bilgileri yer almalıdır.
17. Ürün aşağıda belirtilen özel dizayna sahip parçaları ihtiva etmelidir.
 - a- 1 adet 200x300 cm ekstremite örtüsü
 - b- 2 adet 75x80 cm yan bantlı örtü
 - c- 2 adet havlu
 - d- 2 adet large takviyeli cerrahi önlükler
 - e- 1 adet 10x50 cm Op-Tape
 - f- 1 adet 100x150 cm alet masa örtüsü
 - g- 1 adet 80x150 cm mayo masa örtüsü
 - h- 1 adet 100x100 cm sterilizasyon bohçası
 - ı- 1 adet elastik bandaj

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Op.Dr. Arda İŞİK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip.No: 4959 İhts.No: 87432
Sicil No: 181048

Op.Dr. Arda İŞİK
Adana Seyhan Devlet Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
Dip.No: 4959 İhts.No: 87432
Sicil No: 181048