

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Aspiratör Seti Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|----------------|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | ASPIRATÖR SETİ | 600 | Adet | | |
| | | | | Toplam | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.06.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

AMELİYAT ASPİRASYON SETİ UCLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Suction set dış paketi açıldığında yere düşmemesi için çift naylonlu olmalıdır.
- 2- Set içinde 1 adet aspiratör ucu ve buna adapte edilmiş 210 cm uzunluğunda hortumu bulunmalıdır.
- 3- Hortumun aspiratör ucu ve aspiratörün makinaya bağlantısı (konnektörü)FLEXIBLE (esnek, hareket ederken hortum lümenini daraltmayan) olmalıdır.
- 4- Hortum akıntının kesilmemesi ve vakum birikmemesi için asla KING (kıvrılma ,kırılma) yapmamalıdır.
- 5- Aspiratör seti uca doğru eğimli ve ucu çekim yaparken dokuları travmatize etmemesi için 2 delikli ve bu deliklerin toplam çapı en uç deliğin çapından daha küçük olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
- 6- Aspiratör ucunun iç çapı 4,6 mm, dış çapı 6,5 mm olmalıdır.
- 7- Aspiratör ucu, ele her şekilde oturmalı,ERGONOMİK bir yapıya sahip olmalıdır.
- 8- Aspiratör hortumu ve aspiratör ucu aynı steril ambalaj içerisinde ETO ile steril olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa Kemal
Dip. Tes. No: 72353
Göz Hastahaneleri Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa Kemal
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 72353

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Turhan
Beyin Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 72353

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Mustafa Kemal
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 72353