

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Sıvı Jelli Holter Elektrodu Ve Eforlu Ekg Elektrodu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HOLTER ELEKTRODU YETİŞKİN	3000	Adet		
2	EFOR/STRESS EKG ELEKTRODU JELLİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YETİŞKİN	10000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:2.08.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(HOLTER CİHAZI İÇİN)

1. Elektrot hareketli hastaların EKG çekimlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Elektrotların ortasında kablo bağlantısını sağlayacak nokta Ag/AgCl üzerine paslanmaz çelik kaplı olmalıdır.
3. Yuvarlak olmalıdır. Hipoallerjik olmalı ve cildi tahriş etmemelidir.
4. Elektrotların raf ömrü 18 ayın altında olmamalıdır.
5. Elektrotlar sıvı jelli olmalıdır. Elektrot çapı en az 50 mm olmalıdır.
6. Terlemeye karşı bütünlüğü bozulmamalıdır. 25-45 derece ısıya dayanıklı olmalıdır.
7. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve CE onayı bulunmalıdır.
8. Uluslararası tanınmış ve güvenilirliği ispatlanmış bir firmanın ürünü olmalıdır.
9. Elektrotların yapışkanlı alanı, yumuşak ve ince olmalı ve vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.
10. Ürünler 50 adetlik özel poşetlerde ve köpük yapıda olmalıdır.

Not: Malzemeler teklif sırasında gösterilecek ve ilgili birim tarafından deneme yapılamadan onaylanmayacaktır.

Gülizer Aylan



29.07.2021 / 591

EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

(EFORLU EKG CİHAZI İÇİN)

1. Elektrot hareketli hastaların EKG çekimlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
2. Elektrotların ortasında kablo bağlantısını sağlayacak nokta Ag/AgCl üzerine paslanmaz çelik kaplı olmalıdır.
3. Yuvarlak olmalıdır. 50 adetlik özel poşetlerde ve köpük yapıda olmalıdır.
4. Elektrotların raf ömrü 18 ayın altında olmamalıdır.
5. Elektrotlar yarı katı jelli olmalıdır. Elektrot çapı en az 50 mm olmalıdır.
6. Terlemeye karşı bütünlüğü bozulmamalıdır. 25-45 derece ısıya dayanıklı olmalıdır.
7. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve CE onayı bulunmalıdır.
8. Uluslararası tanınmış ve güvenilirliği ispatlanmış bir firmanın ürünü olmalıdır.

Not: Malzemeler teklif sırasında gösterilecek ve ilgili birim tarafından deneme yapılamadan onaylanmayacaktır.

Gülizar Ayhan

