

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Aşı Enjektörü Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	AŞI ENJEKTÖRÜ (1 ML)	200000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:2.09.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

TEK KULLANIMLIK 1 ML STERİL AŞI ENJEKTÖRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Adana İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyacı için satın alınacak olan 1 ml hacimli, 0,1ml'lik göstergeli tek kullanımlık, steril, plastik enjektör teknik şartnamesidir.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1 Sağlık Bakanlığınca onaylı olacaktır.
- 2.2 Enjektör gövdesi 1ml ve düşük ölü hacimli enjektör olacaktır. Ölü hacim boşluğu en fazla 0.035ml olacaktır.
- 2.3 Enjektörün göstergeleri 0,1ml'lik işaretlerle olacaktır.
- 2.4 Enjektörlerin sivri uç kısmı, merkezde ve %6 eğimli vidasız/kilitsiz (Luer) tip olacaktır.
- 2.5 Enjektör iğnesi 24G veya 25G, iğne uzunluğu 25mm olacak ve enjektörle aynı pakette paketleneyecektir. İğne numaraları paket üzerinde yazılı olacaktır.
- 2.6 Enjektörlerin konik kısmı nedeniyle oluşan ölü boşluğun minimalize veya yok edilmiş olması gereklidir.
- 2.7 Enjektörler boyut ve özellikler bakımından TS EN ISO 7886-1 veya ISO 7886-1 standart metnine uygun olacaktır.
- 2.8 Enjektör iğneleri TS 4002 EN ISO 7864 veya ISO 7864'e uygun olacaktır.

3. AMBALAJ ŞEKLİ

- 3.1. Enjektörler tek tek paketler halinde ambalajlanmış olacaktır. Ambalajlanmış enjektörlerin 100,200 veya 250 adedi kutulara konulmuş olacaktır. Kutular yol ve sevkiyata uygun kolilere konulacaktır. Her koli 1000 veya 2000 adet enjektör içerecektir.
- 3.2. Kutu ve/veya koliler paletle yerleştirilecektir. Paletler Euro palet (120cm±2cmx80cm±2cmx10-15cm) özelliğinde olacaktır. Koliler paletlere yerleştirildikten sonra yüksekliği paletle birlikte 2 (iki) metreyi geçmeyecektir. Koliler paletten en fazla 5 cm taşabilir.
- 3.3. Tek enjektör ambalajı üzerinde en az aşağıdaki bilgiler Türkçe olarak bulunacaktır.
 - 3.3.1. Üretici firmanın veya kısa adı, adresi ve varsa tescil markası,
 - 3.3.2. Enjektörün kapasitesi (ml veya cc),
 - 3.3.3. Son kullanma tarihi (Ay/Yıl),
 - 3.3.4. Seri numarası,
 - 3.3.5. Steril, apirojen ve nontoksik olduğu,
 - 3.3.6. Sterilizasyon tipi,
 - 3.3.7. Ambalajın kolay açılacak yönünü belirtir işaret,
 - 3.3.8. Yırtık ambalajlı enjektörlerin kullanılmaması gerektiğini belirtir uyarı,
 - 3.3.9. İç ve dış ambalajda en az 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 maddelerine ait bilgi ile içerdiği enjektör adeti yazılı olmalıdır.

Aşı İlim Firması
Y. Han. Dilek Optikbay
Dilek