

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Faraş/kepçe/kaşık Sedye Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FARAŞ / KEPÇE / KAŞIK SEDYE	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:6.09.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

FARAŞ (KAŞIK) SEDYE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün ISO 9001:2008 kalite standartlarında özel alaşımlı alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Taşıma kapasitesi 160kg dan az olmamalıdır.
3. X ray ışınlarını geçirgen olmalıdır.
4. Ürün kaza sonrasında hastanın hareket ettirilmeden nakledilmesine olacak sağlamalıdır.
5. Her iki uçtan kilit sistemi sayesinde ikiye ayrılabilir ve sabitlenebilmelidir
6. Sert ve darbelere dayanıklı özel alaşımlı alüminyumdan edilmiş olmalıdır.
7. Ürün katlanarak aracın uygun bölümüne asılabilmelidir.
8. Boyu ayarlanabilir ve katlanabilir özellikte olmalıdır.
9. Hastanın veya kazazedenin kısıtlı alanlardan alınmasına yardımcı olacak ve hastanın bulunduğu konumda taşınmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır
10. Faraş sedye 2 kişi tarafından rahatlıkla uygulanabilmelidir
11. Ürünün maksimum uzunluğu 2000mm olmalıdır.
12. Ürünün minimum uzunluğu 1660mm olmalıdır.
13. Ürünün ayak kısmı genişliği 420mm olmalıdır.
14. Ürünün baş kısmı genişliği 300mm olmalıdır.
15. Ürünün ağırlığı 10 kg olmalıdır.
16. 3 adet emniyet kemeri bulunmalıdır. Kemerler ekstra kilit sistemine sahip olmalıdır.

Sevin Aelik
Hemşire

