

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Ekg Kağıdı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 295 MM	100	Adet		
2	EKG KAĞIDI Z KATLI 210 MM X 140 MM	500	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:6.09.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## EKG KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hastanemizde bulunan GE marka MAC 2000 model EKG cihazına tam olarak uyumlu olmalıdır.
- EKG kağıtları termal (ısıya duyarlı) kağıt olmalıdır.
- A4 formatta 210 mm x 295 mm, Z- katlamalı kağıt olmalıdır.
- Termal EKG kağıtları EKG cihazları tarafından yazılan dataları en az 2-3 yıl arası silinmeden korumalıdır.
- Kağıt gridli olmalıdır.
- Teklif edilecek ürün 1 paketinde en az 100 yaprak A4 boyutunda yaprak olmalıdır.
- Servisteki cihazlarda en az 15 hastaya denendikten sonra uygunluk verilecektir.

SEYHAN BEKİR HASTANESİ  
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE KLİMA BAKANLIĞI  
MEMURU

## EKG KAĐIDI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- Hastanemizde bulunan BIOCARE marka İE12A model EKG cihazına tam olarak uyumlu olmalıdır.
- EKG kađıtları termal (ısıya duyarlı) kađıt olmalıdır.
- 210mm x 140 mm, Z- katlamalı kađıt olmalıdır.
- Termal EKG kađıtları EKG cihazları tarafından yazılan dataları en az 2-3 yıl arası silinmeden korumalıdır.
- Kađıt gridli olmalıdır.
- Teklif edilecek ürün 1 paketinde en az 100 yaprak olmalıdır.
- Servisteki cihazlarda en az 15 hastaya denedikten sonra uygunluk verilecektir.

  
EKG Kađıtları Teknik Őartnamesi  
Hemşire