

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Oksijen Terapi Cihazı Tek Flowmetreli Tek Manometreli (nemlendirme Kabı İle) Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OKSİJEN TERAPİ CİHAZI TEK FLOWMETRELİ TEK MANOMETRELİ (NEMLENDİRME KABI İLE)	50	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Vermé Tarihi:20.09.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlık.gov.tr

OKSİJEN TEREPI CIHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz Oksijen Tüpünden Gelen Basınçlı Gazı Regüle Edip Nemlendirerek Hastaya Verilmesini Sağlamalıdır.
2. Cihaz Üzerinde Tüp Basıncını Gösteren Bir Monometre Bulunmalıdır
3. Cihaz Oksijen Tüpünde Basıncı 200 Kg/Cm Den 3,5 Kg/Cm Ye Düşürecek Tüp Basıncını Regüle Etmelidir
4. Cihaz Regülatöründe 3,5 -4 Basınçla Çıkan Gazı Debisi Cihazın Flometresinde 0,15 Lt/Dak Arasında Ayarlanabilmesidir
5. Cihazın Flometresi Nemlendirme Kabı İle Birlikte Verilmelidir.
6. Cihazın Nemlendirme Kabı 134 C Steril Edilebilir Özellikte Olmalıdır
7. Flometrenin Derecelendirilmiş Debimetresi Kırılmaya Karşı Dayanıklı Polikarbon Malzemeden İmal Edilmiş Olmalıdır
- 8. Nemlendirme Şişesi İçindeki Hava Dağıtıcı Mili Korom Kaplı Olmalı Ve Ana Gövde İle Tek Parça Olmalıdır.**
9. Cihaz İle aşağıdaki Aksesuarlar Verilmelidir
 - oksijen Maskesi 1 Adet
 - Tüp Başlığı Ara Contası 2 Adet
10. Cihaz İmalat Ve Montaj Hatasına Karşı 2(iki)Yılgarantili Olmalıdır 10 Yıl Boyunca Yedek Parça Temin Garantisi Olmalıdır.
11. Gövde Pirinç Malzemeden Mamul Korom Kaplı Olmalıdır. Ve nemlendirme şişe kapagı pirinç malzemeden imal krom kaplı olmalıdır ve kapak üzerinde 6-8 milim kalınlığında hortum girişi olmalıdır
- 12-NOT ÜRÜN NUMUNELERİ GÖRÜLEREK UYGUNLUK VERİLECEKTİR**

Nuri TAS
Merkezi Gaz Sorumlusu