

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Elektrocerrahi Bıçağı (tek Kullanımlık) Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ELEKTROCERRAHİ BIÇAĞI (TEK KULLANIMLIK)-(GS2160)	3	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:8.11.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA


SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr


ENDOSKOPIK DİSEKSİYON AMAÇLI HOOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enstürman ESD ve POEM operasyonları için Fujifilm marka gastroskoplar ile kullanılabilir olmalıdır.
2. Enstürmanın uç kısmı operasyon esnasında kesme ve koagülasyon işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla kısa tip olmalıdır.
3. Enstürmanın inner uç çapı 8 mm olmalıdır.
4. Enstürmanın uç uzunluğu 7 mm olmalıdır.
5. Enstürmanın dış çapı 11.8 mm olmalıdır.
6. Enstürman tek kullanımlık ve steril pakette olmalıdır.
7. Enstürmanın CE belgesi olmalıdır.


Doc. Dr. Bahri ABAYLI
Seyhan Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 83855
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı

ENDOSKOPIK DİSEKSİYON AMAÇLI HOOD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enstürman ESD ve EMR operasyonları için Fujifilm marka kolonoskoplar ile kullanılabilir olmalıdır.
2. Enstürmanın uç kısmı operasyon esnasında kesme ve koagülasyon işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla kısa ve konik tip olmalıdır.
3. Enstürmanın inner uç çapı 8 mm olmalıdır.
4. Enstürmanın uç uzunluğu 7 mm olmalıdır.
5. Enstürmanın dış çapı 14.8 mm olmalıdır.
6. Enstürman tek kullanımlık ve steril pakette olmalıdır.
7. Enstürmanın CE belgesi olmalıdır.


Doç. Dr. Barınç BAYLI
Seyhan Devlet Hastanesi
Dip. T. S. No: 83859
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı