

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Göz İçi Hidrofilik Akrilik Katlabilir Lens Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÜÇ PARÇALI GÖZ İÇİ LENS (GÖZ KLİNİĞİ AMLEİYATLARINDA KULLANILMAL ÜZERE)	50	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:15.12.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanahs6.satinalma@sağlik.gov.tr

GÖZ İÇİ HİDROFİLİK AKRİLİK KATLABİLİR LENS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Lens hidrofilik akrilik materyalden yapılmış olup bikonveks, 3 parçalı mavi renkli PMMA haptikli yapıya sahip olmalı, haptik şekli modifiye C olmalıdır.
2. Lensin imalatında kullanılan bu materyal gereği lens katlanabilir olmalı ve buna mukabil mekanik direnci yüksek, kolay çizilmez. rahat katlanır, katlanırken kırılmama ve iz bırakmama özelliğine sahip olmalıdır. Bu özellikler gerektiğinde numuneler denenerek test edilebilir ve tercih sebebidir.
3. Optik ölçüsü 6,0 mm ve haptik ölçüsü 13mm olmalıdır.
4. A sabiti 118 veya üzeri olmalıdır.
5. Lensin Su içeriği %26 olmalıdır.
6. Ön kamara derinliği 4,96 olmalıdır.
7. Lensin kırılma indeksi 1,462 olmalıdır.
8. Lens UV Filtre özelliğine sahip olmalıdır.
9. Lens yağ laser uygulamalarına dayanıklı olmalıdır.
10. Lensin (+1) ile (+30) diyoptri aralığı olmalı ve +15 ile +25 Dioptri arası 0.5 artışlarla olmalıdır.
11. İstenildiğinde farklı diyoptriler ile 48 saat içerisinde değiştirilmelidir.
12. Firma her lens ile birlikte bir adet disposable kartuş ve enjektör vermelidir. Enjektörler Lensle Aynı firma tarafından üretilmiş Olmalıdır.
13. Lensin Sağlık Bakanlığı ulusal bilgi bankasına kaydı bulunmalıdır.
14. Numune ve katalog özellikleri teknik şartnameye uymayan firmalar ihale dışı bırakılacaktır.

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Salim ERDAL
Dip. Tes. No: 100196
Göz Hastalıkları Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Tahir MİNEN
Dip. Tes. No: 100798
Göz Hastalıkları Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Muharem MİNEN
Dip. Tes. No: 2355
Göz Hastalıkları Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ferit ÖZKE
Dip. Tes. No: 16538
Göz Hastalıkları Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Dursun AKINCI
Dip. Tes. No: 28840
Göz Hastalıkları Uzmanı