

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Dezenfektan Kabı Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DEZENFEKSİYON TANKI	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.12.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tel:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

Dezenfeksiyon Tankı Teknik Şartnamesi

1. Dezenfeksiyon tankı Cerrahi aletlerin sıvı ile dekontaminasyonu ve manuel sterilizasyonu için kullanılacak özellikte olmalıdır.
2. Dezenfeksiyon tankı medikal sterilizasyon solüsyonlarına uygun, güçlü ve ağır koşullarda kullanılacak yapıda olmalıdır. Yüksek düzey dezenfektanlara dayanıklı olmalıdır.
3. Dezenfeksiyon tankı içinde oluşabilecek buharlaşmayı azaltmak için üzerine tam oturan kapağı olmalıdır. Kapak üzerinde, rahat tutup açmayı sağlayan kendinden şekillendirilmiş en az 2 adet tutma yeri olmalıdır.
4. Dezenfeksiyon tankı malzemenin kolay boşaltılması ve doldurulması için tutma saplı süzgeç sistemine sahip olmalıdır.
5. Dezenfeksiyon tankı polypropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
6. Dezenfeksiyon tankı buhar otoklavında 134 °C en az 1000 defa steril edilebilir olmalıdır.
7. Hastane içi kullanımı kolaylaştıracak şekilde hafif, sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olmalıdır.
8. Dezenfeksiyon tankı içine konan cerrahi aletlerle alarım yapıp, cerrahi aletlerin oksitlenmesini ve paslanmasını önleyecek bir kimyasal yapıda olmalıdır.
9. Dezenfeksiyon tankı en az 4 litre kapasiteli ve en az 426x156x138mm ebatlarında olmalıdır.
10. Dezenfeksiyon tankı en az 1 adet tank, 1 adet süzgeç, 1 adet kapak ve 1 adet alt tepsiden oluşmalıdır.
11. Tüm malzemeler CE belgeli, ISO 9001:2000, 93/42/EEC, BHTA, BS5452, ISO 13485:2003 onaylı olmalı ve bu durum ürün orijinal kataloğunda gösterilmelidir.
12. Teklif edilen ürün, yıkama, dezenfeksiyon ve otoklavlama ile sterilizasyon için ISO17664 ile uyumlu olmalı ve bu durum ürün orijinal kataloğunda gösterilmelidir.
13. Yıkama ve dezenfeksiyon makinelerinde kullanılabilir ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır.
14. Malzemenin kenarları yuvalatılmış olmalı, zarar vermemelidir.

Seyhan Devlet Hastanesi
Emir ANÇUN
Ameliyathane sorumlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Sevilay ALTINTAŞ
Sorumlu Hemşire