

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Ven Valfi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VEN VALFİ, İĞNESİZ, İKİLİ	4000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.12.2021 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SMT1168 VEN VALFİ, İĞNESİZ ÇİFTLİ, ÜÇLÜ

SMT Temel İşlevi:	<ol style="list-style-type: none">1. Venvalfi mikroorganizma geçişini engellemek, kan numunesi almak ve parenteral tedavilerde kullanmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<ol style="list-style-type: none">2. Ürün lateks, PVC ve DEHP içermemelidir.3. Ürün silikon veya poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.4. Ürünün, çiftli, olmalıdır.5. Ürünün ikili formunda; ikili uzatma hattı olmalı ve uzatma hattının uzunluğu 11(±4) cm olmalıdır.6. Ürünün üçlü formunda; üçlü uzatma hattı olmalı ve uzatma hattının uzunluğu 11(±4) cm olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<ol style="list-style-type: none">7. Ürünün dış kısmında enjektörün bağlanmasını sağlayan tam kapalı bir silikon yüzey olmalı, yüzeyde bakteri üremesine izin verecek boşluklar olmamalı, silikon yüzeyi silinerek dezenfeksiyona uygun olmalıdır.8. Ürün, iğnesiz girişim aparatında splitseptum teknolojisi olmalıdır.9. Ürünün akış hattı düz, berrak bağlantı noktası ve basit iç dizayna sahip olmalıdır.10. Ürünün, içinde kompleks ve mekanik mekanizma olmamalıdır.11. Ürünün akış hattının görülmesi için bağlantı noktası şeffaf veya açık mavi renkli olmalı, yıkamanın veya ilaç uygulamanın başarısından emin olunmalıdır.12. Ürünün ikili ve üçlü formunda sıvının geri çıkışına izin vermeyen klemp bulunmalıdır, klemp kapama açma sonrası lümeni deforme etmemelidir.13. Ürünün az 100 girişime izin vermelidir.14. Ürün, hem luer-lock hem luer-slip enjektör ve infüzyon setleri ile uyumlu olmalıdır.15. Ürün, lipid uyumlu olmalı, parenteral beslenmeye uygun olmalıdır.16. Ürün, sağlık personeli ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere, kapak ve stoper ihtiyacı duymadan kullanılabilir.17. Ürün, ergonomik olmalıdır.
Genel Hükümler:	<ol style="list-style-type: none">18. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.19. Ürün sterilitiyi bozmadan açılabilir şekilde paketlenmiş olmalıdır.20. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi

SEYHAN BAYRAKTAR
Mühür