

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem Y Tur Seti Ve Bistürü Ucu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	Y TUR SETİ PUARLI	650	Adet		
2	BİSTÜRİ UCU NO:15	2500	Adet		
3	BİSTÜRİ UCU NO:22	3500	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:4.01.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## BİSTÜRİ UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 100'lük ambalajda olmalı.
- 2- Keskinliğini kayıp etmeyen yapıda olmalı.
- 3- Tek kullanımlık steril paketlerde olmalı.
- 4- Son kullanma tarihi ve miadı üzerinde belirtilmiş olmalı ve en az 24 ay olmalı
- 5- Üretici firma adı üzerinde olmalı.
- 6- UBB kaydı bulunmalıdır, kapsam dışı olanlarda belgelenmelidir.

Not: Malzemeler teklif sırasında gösterilecek ve ilgililer tarafından deneme yapılacaktır.

G.Çel + Uroloji

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI  
ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. Mehmet HATİP AĞCA  
Dip. Tes. No : 165286  
Genel Cerrahi Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Op. Dr. Mustafa KAYA  
Dip. Tes. No : 165286  
Uroloji Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Önder TOPRAK  
Dip. Tes. No : 4368  
Uroloji Uzmanı

## Y TİPİ TUR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Delici uçlar Y tipinde 2 adet olmalıdır.
2. Delici uçların sterilizasyonunda poşetine zarar vermemesi için her bir uç için kapak bulunmalıdır.
3. Y tipi için 3 adet değişik renklerde ayarlı klemp bulunmalıdır.
4. Setler % 100 thermo kauçuk malzemedен flexible özellikte ve irrigasyon basıncını gösterebilecek bir puara sahip olmalıdır.
5. Setin uç kısmı irrigasyonun 360 derece dönebilmesi için luer-look uçtan yapılmış olmalıdır.
6. Poşetlerin her biri E.O. sterilizasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
7. Malzeme üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi ve ürün lot numaraları bulunmalıdır.

Uroloji.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Dr. M. CEMAL ÇELİK  
Dip. Tes. No: 4368  
Üroloji Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Önder TORUN  
Dip. Tes. No : 4368  
Üroloji Uzmanı