

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Beslenme Sondası Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BESLENME SONDASI LATEKS 6F	1200	Adet		
2	BESLENME SONDASI LATEKS 8F	2200	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:12.01.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

BESLENME SONDASI TEKNİK SARTNAMESİ

1. Sondalar muhtelif numaralarda olmalıdır.
2. Sondaların ajutaj kısmı kapaklı olup kendiliğinden açılabilme gibi bir riski olmamalıdır.
3. Sondaların yapısı ne çok yumuşak ne de tahriş edecek kadar sert olmamalıdır.
4. Alerjik özelliği taşımamalıdır.
5. Sterillliğini koruyacak paketin dayanıklı olması gerekmektedir.
6. Üzerinde 4 veya 5 cm'den başlamak üzere 1 cm ile ilerleyen şekilde cm'lenmiş olmalıdır.
7. Kateter Medikal PVC'den mamül olmalıdır.
8. Kateterin uzunluğu 47 cm(+/-2 cm toleransı olmalıdır) olmalıdır.
9. Sondanın uç kısmı yuvarlatılmış atravmatik özellikte olmalıdır.
10. Kateter, giriş kolaylığı sağlanması amacıyla buzlandırılmış bir yüzeye sahip olmalıdır.
11. Kullanımın steril olabilmesi için sondanın konnektörü tırtıklı ve kapaklı olmalıdır.
12. Verilen mayinin esit bir şekilde dağılması ve uç kısmında mayi birikmesi olmaması için yanal olarak dizayn edilmiş gözler uç kısmında karşılıklı çapraz bir konumda yer olmalıdır.
13. Şeffaf ve tek kullanımlı olmalıdır.

Hıral Bono Kılıç




HAN DEVI ET HASTANESİ
Dr. İbrahim KAYA
Hastalıklar ve Doğum Uzmanı
Tic. Sic. No: 69668