

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Toraks Katateri Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TORAKS KATETERİ TROKARLI STANDART UÇ 8CH	5	Adet		
2	TORAKS KATETERİ TROKARLI STANDART UÇ 10CH	10	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:17.01.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

TROKARLI TORAKS KATETERİ 8 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plevral drenaj için perkütan olarak yerleştirilebilmelidir.
2. Kateter 8FR olmalıdır.
3. Katater boyu uzunluğu en az 20 cm. olmalı drenaj için ucunda en az 2-3 adet delik olmalıdır.
4. Metal trokarın ucu rahat giriş için sivri olmalıdır.
5. Proksimal ucu konik olmalıdır.
6. Kataterin içinde radyoopak çizgi olmalıdır.
7. Drenaj deliklerinden sonuncusu radyoopak çizgiyi kesmelidir.
8. Steril, tekli ambalaj içerisinde olmalıdır.
9. Teklif verecek firmalar 1 adet numuneyi teklifleri ile birlikte deneme sırasında set içeriği zarar göreceğinden iade edilmesini talep etmeksizin verecektir. Numuneleri şartnamelerini karşılamayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Seyhan Dural Paszanesi
Uzm. Dr. Seyhan Dural
Dip. No: 19870000000000000000
Nöbetçi Uzmanı



TROKARLI TORAKS KATETERİ 10 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plevral drenaj için perkütan olarak yerleştirilebilmelidir.
2. Kateter 10 Fr olmalıdır.
3. Katater boyu uzunluğu en az 20 cm olmalı ,drenaj için ucunda en az 2-3 adet delik olmalıdır.
4. Metal trokarın ucu rahat giriş için sivri olmalıdır.
5. Proksimal ucu konik olmalıdır.
6. Kataterin içinde radyopak çizgi olmalıdır.
7. Drenaj deliklerinden sonuncusu radyopak çizgiyi kesmelidir.
8. Steril, tekli ambalaj içerisinde olmalıdır.
9. Teklif verecek firmalar 1 adet numuneyi teklifleri ile birlikte deneme sırasında set içeriği zarar göreceğinden iade edilmesini talep etmeksizin verecektir. Numuneleri şartnamelerini karşılamayan firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Seyhan Dörtte Hastanesi
UzT
Dip. T. 17264
Nezih...
ELİK
17/05/2017