

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Koter Plağı Yetişkin Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KOTER PLAĞI YETİŞKİN DİSPOSABLE ÇİFT KUTUPLU(TEK KULLANIMLIK)	200	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.01.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Danış:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs@sehanilma@sağlik.gov.tr

KOTER PLAĐI

- 1.Serviste kullanılacak cihaza uygun olacak
- 2- Plak 2 kutuptan oluşacaktır.
- 3- Çift giriş yuvası olmalı, kablo bağlantısı kolay olmalı.
- 4- Disposable yapıda olmalı.
- 5- Temizliği kolay olmalı
- 6.Cilde yapışan sırt yapısı polipropilen non-woven olmalı ve üzeri lamine film ile kaplanmış olmalıdır.
- 7.Yaklaşık 11x19 cm ebatlarında olmalı, yapışkan alan en az 215 mm, iletken alan 125 mm olmalıdır.
- 8.Yapışkanı iletken olmalı ve hidrofilik iletken yapışkan özelliđi bulunmalıdır.
- 9.Plaklar iletken tabakadan gelen ısı artışın iyi dağıtmalı, hastada yanıklara neden olmamalıdır.
- 10.Hipoallerjen olmalı, yapışkanı cildi tahriş etmemelidir. 11.Sıvılara maruz kaldığında kolay çıkmamalı, sıvı rezistant özelliđi olmalıdır.
- 12.Paketin üzerinde uygulama şekli ve son kullanma tarihi yer almalıdır.
- 13.Paket, plakları ısı ve nemden koruyacak kalitede olmalıdır.
- 14.Ürünün raf ömrü üretimden itibaren 2 yıl olmalıdır.
- 15.Koter plađı, (MDD 93/42) "Medikal Ekipman Direktifleri" ile uyumlu olmalıdır.


SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Serkan ÖZMETE
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 108590