

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Rezervuarlı Oksijen Maskesi Pediatrik Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OKSİJEN MASKESİ REZERVUARLI PEDİATRİK	500	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:24.01.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştırıcıların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

TF:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

REZERVUARLI PEDIATRİK OKSİJEN MASKESİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı bu sayede maksimum kullanıcı rahatlığı sağlanmalıdır.
2. İçi görülebilir şeffaflıkta yumuşak tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC den üretilmiş olmalıdır.
3. Başı çevreleyen lastiğin uç kısımları hem kullanım kolaylığı sağlanması hem de deformasyonu engellemesi bakımından asetat kaplı olmalıdır.
4. Başı çevreleyen lastik esnek ve deforme olmayan bir yapıda ve en az 300 denye olmalı, sıklığı maskenin üzerinde bulunan yapı sayesinde ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
5. Maskenin hortum konektörü hastanelerin merkezi oksijen sistemlerine uyumlu olmalıdır.
6. Maskenin hortum konektörü ambu ya takılabilir nitelikte olmalıdır.
7. Maske içinde zengin oksijen konsantrasyonunun oluşmasına imkan veren bir tasarımda üretilmiş olmalıdır.
8. Set; pediatrik maske ve en az 2 metre ara bağlantı kanülü içermelidir.
9. Maskenin her iki yanında fazla O₂ yi ve CO₂ yi tahliye edecek delikler bulunmalıdır.
10. Maskenin tahliye deliği çıkışında silikon bir valf bulunmalı bu valf hastanın inspirasyonu esnasında kapanarak dışarıdan hava girmesini engellemeli ekspirasyonu esnasında ise açılarak ekspirasyon havasının tahliyesini sağlayabilir nitelikte olmalıdır.
11. Rezervuar ve maske arasında silikon bir valf bulunmalı bu valf hastanın inspirasyonu esnasında açılarak rezervuardan maskeye oksijen akışını sağlamalı, hastanın ekspirasyonu esnasında ise kapanarak oksijen çıkışını engelleyebilmelidir.
12. Rezervuar hacmi en az 200 ml olmalıdır.
13. Tekli setler halinde ambalajlanmış olmalıdır.
14. Üretici ISO 9001:2000 belgesine sahip olmalıdır.
15. Üretici 93/42/EEC belgesine sahip olmalıdır.

HATİCE AÇIKIŞ
Sorumlu Temsilcisi