

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Lazer Ablasyon Probu FİSTÜL İçin Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	LAZER ABLASYON PROBU FİSTÜL İÇİN	6	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:23.02.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tif:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

Lazer Ablasyonu ile Fistül Trakt Tedavisi Probu

- 1- Lazer probu Anal fistül vakalarının minimal invaziv ile onarımında kullanılmak için özel olarak üretilmiş olmalıdır.
- 2- Kullanıcının takibini kolaylaştırması için Lazer fistül ablasyon probunun her 1 santimetresi işaretli olmalıdır.
- 3- Lazer anal fistül ablasyon probunun uzunluğu 2.5metre olmalıdır.
- 4- Lazer anal fistül ablasyon Probu 400 μ (mikron)-600 μ (mikron) arası güç iletimi sağlamalıdır.
- 5- Lazer anal fistül ablasyon probunun kalınlığı 1mm olmalıdır
- 6- Lazer anal fistül ablasyon probunun uç kısmı travmatik olmamalıdır.
- 7- Lazer anal fistül ablasyon probu konnektör girişi 1470nm Diyot Lazer cihazına uyumlu olmalıdır.
- 8- Lazer anal fistül ablasyon probu tekli ambalajda çift steril poşette olmalıdır.
- 9- Lazer anal fistül ablasyon Probu tek kullanımlık olmalıdır.
- 10- Lazer anal fistül ablasyon probunun ameliyat esnasında kullanımında herhangi bir süre veya Kontör sınırı bulunmamalıdır.
- 11- Lazer anal fistül ablasyon probu ile birlikte kullanılması için 1ad. reusable 40 cm uzunluğunda 4mm fırça genişliğine sahip fistül bölgesi temizlik fırçası set halinde verilmelidir.
- 12- Lazer Anal Fistül ablasyon Probu işlem esnasında tehlike oluşturmaması adına, uç kısmı yapıştırma olmamalı, birleştirilmiş/ kaynak yapılmış olmalıdır.
- 13- Lazer Anal Fistül ablasyon Probu uygulama esnasında 4kg'dan fazla baskıya dayanıklı olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Haluk TUMER
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 81564

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
ADANA SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Op. Dr. Mehmet Hatun AGCA
Dip. Tes. No: 135286
Genel Cerrahi Uzmanı

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Haluk TUMER
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 60716

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. İzzet KURT
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 87785