

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Kemik Dansitometre Cihazı Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	RADYOGRAFİ CİHAZI INVERTÖR SÜRÜCÜ - KONTROL KARTI	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:1.03.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

KEMİK TANSİYOMETRESİ İNVERTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz X ışınını yüksek ve düşük olmak üzere iki farklı enerji seviyesine ayran Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri (DEXA) teknolojisiyle çalışmaktadır ve X-ışını Pencil Beam şeklinde dağılmadan hastaya ulaşmaktadır. Teklif edilecek Inverter bu teknolojiye uygun olarak çalışacak şekilde teslim edilmelidir.
2. Teklif edilecek parça 3,5 KW yeni tip olmalıdır. Parça değişiminde yeni tipe uygun kabloları ile birlikte teslim edilmelidir.
3. Teklif edilecek parçanın çıkış frekansı 20 KHz olmalıdır.
4. Teklif edilecek parça sıfır ve kullanılmamış olmalıdır.
5. Inverter uygunluk sağlaması açısından orijinal yedek parça olarak teklif edilmelidir, değişik marka teklif edilemez. Orijinal yedek parça, makine imalatçısı firma tarafından bizzat imal edilen ve satılan ürünleri veya başka firmalara imal ettirilip makine imalatçısı firmanın garantisi altında satılan parçaları ifade eder.
6. Firmalar tekliflerinde herhangi bir tereddüde ve yanlış anlaşılmaya sebep vermemek için, teklif ettikleri parçanın sıfır ve kullanılmamış olduğunu üretici veya yetkili distribütör'den aldıkları belge ile belirteceklerdir.
7. Teklif edilen Inverter Stratos DR makineye uygunluğu ile montajı ve sonrası kullanımda herhangi bir sorun meydana getirmeyeceği teklifte açıkça belirtilecektir. Tekliflerde belirtilmediği takdirde, sözkonusu hususun teyid edildiği kabul edilecektir.
8. İstekliler teklif ettikleri Inverter parçasını 1 (bir) yıl garantili olarak teslim edecek ve cihazın üreticisi/yetkili distribütörü tarafından bu yedek parça ile ilgili olabileceği teyit edilen her türlü arızaya müdahale istekli tarafından bu garanti kapsamında ücretsiz olarak sağlanacaktır. Inverter parçasının garanti kapsamında arızalanması durumunda istekli parçayı en geç 10 (on) gün içerisinde ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecek ve arızalı parça kurumumuz tarafından istekliye iade edilecektir.

SEYHAN DEĞİŞTİRİCİ
Sevcan
Siyom