

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Ördek-sürgü Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÖRDEK PLASTİK YETİŞKİN	1000	Adet		
2	SÜRGÜ PLASTİK DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	1000	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:8.03.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

SMT3920 PLASTİK ÖRDEK

SMT Temel İşlevi:	1. Ürün, sağlık tesisinde tedavi gören hastaların idrar ihtiyacı durumunda kullanılmak üzere medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Ürün plastikten imal edilmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	3. Tutmak için kulpu olmalıdır. 4. Üzerinde pürüz veya ek yeri olmamalıdır. 5. Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalıdır. 6. Rahat yerleştirilebilmeli ve cilde zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. 7. Non alerjik yapıda olmalıdır. 8. Dezenfekte edilebilir özellikte ve ölçekli olmalıdır.
Genel Hükümler:	9. Ürünün ÜTS kaydı bulunmalıdır.

Özge Uray

Emine Güçel



SMT3910 PLASTİK SÜRGÜ

SMT Temel İşlevi:	<ol style="list-style-type: none">1. Sağlık tesislerinde hareket kısıtlılığı mevcut olan hastalarda gaita boşaltımı için2. Tasarlanmış medikal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	<ol style="list-style-type: none">3. Polypropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<ol style="list-style-type: none">4. Buhar otoklavında veya ördek-sürgü yıkama makinalarında 135C steril edilebilir olmalıdır.5. Silikon malzemeler 250C dayanaklı olmalıdır.6. Cerrahi aletlerle alaşım yapıp cerrahi aletlerin oksitlenmesini ve paslanmasını önleyecek bir kimyasal yapıda olmalıdır.7. Hafif sağlam ve dayanaklı yapıya sahip olmalıdır.8. Kapaklı ve ölçekli olmalıdır.9. Kapaklı olanlarda kapağın sürgü üzerine montesi uygun olmalıdır.10. Hastanın anatomik yapısına uygun olmalıdır.11. Sürgünün plastik yapısı hasta cildine zarar vermemelidir.12. Sürgü plastik yapısı pürüzsüz, tırnaksız ve çapaklı olmamalıdır
Genel Hükümler:	<ol style="list-style-type: none">13. Ürün UTS kaydı bulunmalıdır.

Özlem Unay

Emine YÜCEL



