

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Bpap/cbap Solunum Devresi Disposable (Tek Kullanımlık) Yeni Doğan Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİPAP/CPAP SOLUNUM DEVRESİ DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) YENİ DOĞAN	100	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:28.03.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

ISITICILI YENİDOĞAN VENTİLATÖR SETİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Hasta devresi; inspirasyon hattı, ekspirasyon hattı, ara hortum, basınç ölçüm hattı, adaptör kiti, çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber dan oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hatları farklı renkte olmalıdır.
3. Hasta devresinin ekspirasyon hattında su tutucu (kapan) bulunmalıdır.
4. Hasta devresinin inspirasyon hattında su tutucu (kapan) olmamalıdır.
5. Hasta devresinin ekspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır. Hasta devresi, su buharını geçiren malzemeden üretilmiş olmalıdır. Bu özellik ile devre içerisinde oluşabilecek yoğunlaşma problemi difüzyon ile dışarı atılabilmelidir. Bu özellik sayesinde ventilasyon sorunları (Otomatik PEEP, Ventilatör - Hasta uyumsuzluğu, Ventilatör cihazlarının akış veya basınç ölçüm mekanizmalarının yoğunlaşmadan dolayı hassasiyetlerinin bozulması vb.) ve ekspirasyon hattındaki su yoğunlaşma problemleri önlenebilmelidir.
6. Klinikteki mevcut nemlendirici cihazlarının ısı-akış sensörlerinin verimli kullanımı için, sadece hasta devresinin ısıtıcılı inpirasyon hattının uç kısımlarında 2 (iki) port olmalı ve sensörler bu portlara takıldığı zaman tam oturmalıdır. Küvöz hattında sensör için portu olan setler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7. Hasta devresi paketi içerisinde bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalı ve bu husus chamberin broşüründe açıkça yer almalıdır. Chamber set ile aynı marka olmalıdır. Chamber içerisinde sıkıştırılabilen hava hacmi chamber boş iken en az 650ml chamber dolu iken en fazla 280ml olmalıdır. Kopliyanısı 0.4m1/cmH2o arasında olmalıdır direnci 63L/dk sabit gaz akış hızında en çok 0.5 cmH2o olmalıdır.
8. Hasta devresi yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
9. Her set ile birlikte 1 adet devre ile aynı marka çift cidarlı bakteri filtresi verilmelidir. Ekspirasyon sensörüne su kaçağını önlemek adına çift cidarlı olmayan filtreler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
10. Hasta devresinin y konnektör kısmı hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Set üzerinde takılı olmalı orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Bu özellik sayesinde hasta bağlantı noktasında oluşabilecek doku hasarı önlenebilmelidir.
11. Set paketleri üzerindeki etikette devre parçalarını gösteren ürün şeması resim olarak gösterilebilmelidir.
12. Hasta devresi CE Belgeli olmalıdır.
13. İstenen miktarın ¼ ü kadarını inspirasyon ve ekspirasyon hattı ısıtıcı, su tutucu (kapan) olmayan setten verilmelidir.
14. Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
15. Teknik Şartnameye cevap yazılarak, katalog üzerinde Teknik şartnamenin maddeleri birebir kodlanacaktır. Uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
16. Klinikte bulunan farklı marka ventilatör cihazları için yukarıdaki şartları karşılamak koşulu ile SLE5000, SLE2000, Drager ve Leoni marka ventilatörlere uyumlu devre teslim edilmelidir.
17. Her set ile birlikte 1adet en az 1000ml Cam şişe distile su teslim edilecektir.

Seyhan...
Uzm. Dr. ...
Dip. ...
Nec...
CELİK
7264