

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 10 kalem Otoklav Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOKLAV ISITICI DİRENÇ / REZİSTANSI	8	Adet		
2	OTOKLAV CİHAZI SIVI SEVİYE ELEKTROT TAKIMI (STERİLMED)	1	Takım		
3	OTOKLAV CİHAZI SIVI SEVİYE ELEKTROT TAKIMI (TRANS)	1	Takım		
4	OTOKLAV EMNİYET - GÜVENLİK VENTİLİ(TRANS MARKA UYUMLU)	2	Adet		
5	BUHAR OTOKLAVI VOLAN İÇ KAPAK GÖBEK CÖNTASI SİLİKON DAİRESEL	2	Adet		
6	BUHAR OTOKLAVI VOLAN İÇ KAPAK CONTASI KAUCUK DİKDÖRTGEN KALINLIK 3MM	1	Adet		
7	OTOKLAV CİHAZI SIVI SEVİYE RÖLESİ (STERİLMED)	2	Adet		
8	OTOKLAV CİHAZI SIVI SEVİYE RÖLESİ (TRANS)	2	Adet		
9	BUHAR OTOKLAVI BASINÇ TRANSMİTERİ	2	Adet		
10	YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI KAPI KİLİT MEKANİZMASI (TUTTNAUER)	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:9.05.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadil vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

TİF:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@segluk.gov.tr

BUHAR OTOKLAVI VE YIKAMA CİHAZI YEDEK PARÇA ŞARTNAMESİ

1) OTOKLAV REZİSTANS ŞARTNAMESİ:

1. Sterilmed marka cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Vidalama çapı 2 inç olmalıdır.
3. Paslanmaz dikişsiz borudan imal edilmiş olmalıdır.
4. 10 KW gücünde olmalıdır.
5. 380 volt 3 faz ile çalışabilir olmalıdır.
6. Rezistansın kablo bağlantı başlıkları, yuvarlak kablo pabucuna uyumlu olmalıdır.
7. Kablo bağlantı başlıkları kaliteli ısıya dayanıklı olmalıdır.
8. Rezistans başlığı altıgen olmalıdır.

2) OTOKLAV SIVI SEVİYE ELEKTROT TAKIMI ŞARTNAMESİ:

1. Elektrot takım halinde toplamda 3 adet olmalıdır. Boyları farklı seviyede olmalıdır.
2. Sterilmed marka cihaza uyumlu olmalıdır.
3. Yüksek basınç ve yüksek ısıya dayanıklı tipte paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

3) OTOKLAV SIVI SEVİYE ELEKTROT TAKIMI ŞARTNAMESİ:

1. Elektrot takım halinde toplamda 3 adet olmalıdır. Boyları farklı seviyede olmalıdır.
2. Trans marka smart model cihaza uyumlu olmalıdır.
3. Yüksek basınç ve yüksek ısıya dayanıklı tipte paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

4) OTOKLAV EMNİYET - GÜVENLİK VENTİLİ (TRANS)

1. Trans marka smart model otoklav cihazına uyumlu emniyet ventili olmalıdır.
2. Ventil 3.5 bar ayarlı olarak teslim edilecektir.
3. Ventil pirinç malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Ventil üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

5) BUHAR OTOKLAVI VOLAN İÇ KAPAK GÖBEK CONTASI ŞARTNAMESİ

1. Trans marka smart model otoklav cihazına uyumlu volan kapak göbek contası olmalıdır.
2. Conta yüksek ısıya dayanıklı membran malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Conta herhangi bir revizyona gerek duymadan kolayca montaj edilebilir olmalıdır.

6) BUHAR OTOKLAVI VOLAN KAPAK İÇ KAPAK CONTASI KAUCUK DİKDÖRTGEN

1. Trans marka smart model otoklav cihazına uyumlu kapı contası olmalıdır.
2. Conta yüksek ısıya dayanıklı membran malzemeden dikdörtgen olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Conta herhangi bir revizyona gerek duymadan kolayca montaj edilebilir olmalıdır.

7) OTOKLAV CİHAZI SIVI SEVİYE RÖLESİ (STERİLMED) ŞARTNAMESİ

1. Sterilmed marka otoklav cihazının orijinal sıvı seviye rölesi olmalıdır.
2. Röle üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

8) OTOKLAV CİHAZI SIVI SEVİYE RÖLESİ (TRANS) ŞARTNAMESİ

1. Trans marka smart model otoklav cihazının orijinal sıvı seviye rölesi olmalıdır.
2. Röle üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

9) BUHAR OTOKLAVI BASINÇ TRANSMİTERİ

1. Trans marka smart model otoklav cihazının orijinal basınç transmitteri olmalıdır.
2. Transmitter üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

10) YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI KAPİ KİLİT MEKANİZMASI (TUTTNAUER) ŞARTNAMESİ

1. Tuttbauer marka Tiva 500 model cerrahi alet yıkama cihazının orijinal kapı kilit mekanizması olmalıdır.
2. Kilit mekanizmasında kapı kilitleme motoru ve sınır swichleri dâhil olmalıdır.
3. Mekanizma üretim hatalarına karşı en az 1 yıl garantili olmalıdır.

Güven Doğru
Elektrik Teknisyeni