

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Spirometre Akış-flow Sensörü Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SPIROMETRE AKIŞ-FLOW SENSÖRÜ	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:20.05.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.  
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

Yeni Baraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## PNOMATİK FLOW SENSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kurumumuz Solunum fonksiyon test laboratuvarında kurulu olan ZAN MARKA SFT cihazına birebir uyumlu orijinal parçası olmalıdır.
- 2-Pnomatik Flow sensörün ölçüm ünitesi yaprak diyafram şeklinde olmalıdır.
- 3-Pnomatik Flow sensördeki yaprak diyaframlar daire şeklinde 4 eşit bölmeden oluşmalı her bölümde 5 adet diyafram yer almalıdır.
- 4-Pnomatik Flow sensörün orta kısmında İnspiryum ve ekspiryum işleminin gerçekleştirilebilmesi için özel delikler olmalı ve de inspiryum ve ekspiryum etabında oluşabilecek hava kaçaklarını önlemek için koruyucu oring sistemine sahip olmalıdır.
- 5-Teklif veren firma TSE(HYB)'den alınmış HİZMET YETERLİLİK BELGESİ ile 12426 veya 13703 belgesini teklifinin ekinde mevcut belgeyi sunmalıdır.
- 6-İlgili ürün teklif veren firma tarafından mevcut cihaza ücretsiz olarak montajı yapılmalı ve kalibrasyon işlemi yapılarak sistem çalışır pozisyonda kullanıcıya teslim edilmedir.
- 7- Cihaz 1 iş günü fonksiyon testine tabi tutulup ondan sonra uygunluk verilecektir.
- 8- Ürün fabrika hatalarına karşın 1 yıl garantili olmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Ümmüğülsüm EROL  
Taşınır Kayıt Yetkilisi

