

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Ortopedi Turnike Manşonu işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PNÖMATİK TURNİKE ALT BACAĞ MANŞONU YETİŞKİN	8	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.06.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan ADANA

Tel:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_gram@lanadhs6.safinadhs6.saglik.gov.tr

YIKANILIR PNOMATİK TURNİKE BACAK MANŞONU ERİŞKİN

1. TEK KAFLI, RENK KODLU EN AZ 50 CM (± 5) ORJINAL METAL BAĞLANTI PARÇASI OLMALIDIR.
2. DIŞI YIKANABİLİR KUMAŞ OLMALIDIR.
3. CUFF UYGULANACAK BOLGEYİ SIKICA SARMALI VE VELCRO İLE SABİTLENMELİ VE ÜZERİ AYRICA KEMERLE KILITLENEBİLMELİDİR
5. AMELİYATHANEDE KULLANILAN TURNİKE CİHAZLARIYLA UYUMLU OLMALIDIR.
6. ÜTS KAYDI BULUNMALIDIR
7. CE BELGESİ BULUNMALIDIR
- 8- CUF BOYU 2 ADET 76 (± 5) CM EBETLARINDA OLMALIDIR
- 9- CUF BOYU 6 ADET 62 (± 5) CM EBETLARINDA OLMALIDIR

ARA BAĞLANTI KABLOSU MANŞON YANINDA VERİLECEK

1. CİHAZ VE MANŞON ARASINDA BAĞLANTIYI SAĞLAMAK ÜZERE DİZAYN EDİLMİŞ OLMALI
2. CİHAZ GIRISI MALE CONNETTOR ÜZERİNDE O-RING BULUNMALI VE EPDM&ACETAL MATERYALDEN YAPILMIŞ OLMALIDIR.
3. MANŞON GIRIS ASETAL MATERYALDEN YAPILMIŞ, KILIT MEKANİZMASI OLMALIDIR.
4. EN AZ 1,5 METRE (± 5) VE DÜZ OLMALIDIR.
- 5- MANŞET SAYISI KADAR ARA BAĞLANTI KABLOSU VERİLMELİDİR.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Kadri Kerem KURT
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 88996

Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Enver AYDIN
Dip. Tes. No: 71993
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı