

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2' kalem Drill Ve Perforatör Ucu Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YÜKSEK DEVİRLİ DRİLL UCU, TOPUZ UÇ (KABA ELMAS)	2	Adet		
2	KRANIYO TUR UCU DELİCİ TÛM BOYLAR	2	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:16.06.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,arılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanahs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## ELEKTRİKLİ DRİLL UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

**SUT KODU : KN1027**

1. Teklif edilecek uç klinikte kullanılan Anspach marka eMax 2 Plus yüksek hızlı drill sisteminin SHORT ataçmanı ile tam uyumlu olmalı, ilgili ataçmanla kullanılmak üzere aynı firma tarafından üretilmiş olmalıdır.
2. Uç çapı 5 mm elmas topuz tipte olmalıdır.
3. Teklif edilen uç 80.000 devir/dk hızda çalışmaya uygun olmalı, kırılmamalıdır.
4. Uç tek kullanımlık ve steril olmalıdır
5. Teklif edilecek ucun sterilizasyon bitiş tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
6. Teklif edilen uçta CE etiketi olmalıdır.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Ahmet Mithat AYDAN  
Dip. Tes. No : 65570  
Beyin Cerrahi Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Akın YURAL  
Dip. Tes. No: 55134  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Atilla Yusuf ÖNÜ  
Dip. Tes. No : 73161  
Beyin Cerrahi Uzmanı

## ELEKTRİKLİ PERFORATÖR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUT KODU : KN1024

1. Teklif edilecek uçlar kliniğimiz demirbaşında kayıtlı bulunan Anspach marka eMax 2 Plus model yüksek hızlı drill sistemi ile tam uyumlu olacaktır.
2. Teklif edilen uçlar kliniğimizde bulunan motora ait perforatör ataçmanına takıldığında motor 80.000 devir/dakika hızda çalışırken 1300 – 1350 devir/dakika hıza uygun olmalıdır.
3. Uçlar steril paketlenmiş olmalıdır.
4. Uçlar Hudson bağlantısı ile kliniğimizdeki perforatör ataçmanına kolaylıkla takılabilmelidir.
5. Uçlar tek kullanımlık ve steril olmalıdır
6. Teklif edilecek uçların sterilizasyon bitiş tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.
7. Teklif edilen uçların paketleri üzerinde CE etiketi olmalıdır.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Ahmet Mümtaz AYÇIN  
Dip. Tes. No : 76550  
Beyin Cerrahi Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Akın YUĞAL  
Dip. Tes. No: 55134  
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Atilla Yusuf ÜNLÜ  
Dip. Tes. No: 73161  
Beyin Cerrahi Uzmanı