

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Disposable Flexible Üreterenoskop Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FLEKSİBLE ÜRETEROSKOP TEK KULLANIMLIK	2	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:26.07.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

Disposable Dijital Flexible Üretereneskop Teknik Şartnamesi

Temel İşlevi:	1. İdrar yolundan böbreklere girilerek böbrek içindeki taşların holmiyum lazer ile parçalanması ve taşların çok küçük parçalara ayrılarak, taşların temizlenmesi ve bu aşamada görüntüleme işlemleri için tasarlanmış olmalıdır.
Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Disposable flexible URS ve çok kullanımlık video prosesör'den oluşmalıdır.
Teknik Özellikleri:	<p>Video Prosesör :</p> <ol style="list-style-type: none">3. Çok kullanımlık olmalıdır.4. 100-240 V 50-60 Hz şehir şebeke ceryanı ile çalışabilmelidir.5. Cihaz aynı marka dijital flexsable URS ve dijital flexsable Sisteskop ile çalışmaya müsait yapıda olmalı ve ikinci bir cihaza ihtiyaç duyulmamalıdır.6. Cihazın rezolasyon değerleri 1920 ×1080 pixels (full HD) olmalıdır.7. Cihazın ekran tipi 10.1" color TFT LCD ekran olmalıdır.8. Beyaz ayarı (White balance) cihaz üzerindeki tuşla manuel olarak yapıldığı gibi otomatik olarak ta yapılabilirdir.9. Cihaz ekranındaki operasyon esnasındaki görünüm yuvarlak, sekizgen ve kare şeklinde cihaz üzerindeki butonla hekimin isteğine göre tek tuşla ayarlanabilmelidir.10. Cihaz üzerindeki tuşlarla fotoğraf ve video kaydı alınabilmeli, istendiğinde görüntü dondurulabilmeli ve parlaklık ayarı yapılabilirdir.11. Görüntü işlemcisine takılan ayak pedalı sayesinde fotoğraf ve video kaydı alınabilmelidir.12. Cihaz üzerindeki tuşlarla zoom ayarı 1-4 kademedede ayarlanabilmelidir.13. Dijital video çıkışları HDMI interface/AV interface olmalıdır.14. Cihazın USB çıkışları USB 3.0 interface, Type A olmalıdır.15. Cihaz üzerinde hafıza kartı için giriş bulunmalıdır.16. Operasyon esnasında vasküler dokuların görüntü yapısını değiştirebilecek menü ayarları olmalıdır.17. Cihaz üzerindeki çıkışlardan harici monitörlere HDM kablosu ile Full HD görüntü aktarımı yapılabilirdir.18. Cihazla birlikte istenilmesi durumunda harici monitör için 3 mt boyunda HDM kablosu verilmelidir.19. Cihazla birlikte Flexible URS için 1 adet 3mt uzunluğunda reusable, EO ve otoklav sterilizasyonuna dayanıklı ara kablo verilmelidir. <p>Dijital Flexible URS :</p> <ol style="list-style-type: none">20. Tek kullanımlık olmalıdır.21. Endoskopun aydınlatma metodu LED teknolojisi olmalıdır.22. Endoskopun görüntü sensörü CMOS çip teknolojisi olmalıdır.23. Kamera çözünürlüğü yeterli seviyede olmalıdır.24. Görüş yönü 0°görüş açısı ise 120° olmalıdır.25. Alan derinliği 3-50 mm olmalıdır.26. Çalışma uzunluğu 650 mm olmalı ve ürün üzerinde ölçeklendirilmiş olmalıdır.27. Defleksiyon bükülme açısı aşağı ve yukarı en az 275° olmalıdır.28. Endoskop kalınlığı en fazla 8,7 fr olmalıdır.29. Enstrüman çalışma kanal çapı 3,6 Fr olmalıdır.30. Disp. URS sisteminde kullanım ömründe herhangi bir saat sınırlama ve kontör olmamalıdır.31. Operasyon esnasında filexible ucun defleksiyonunu sağlayan mandal sayesinde sabitleme sağlamalıdır.32. Ürün paketlemesinde Urs'yi koruma amaçlı sert, şeffaf blister içerisinde olmalıdır.
Genel Hükümler:	<ol style="list-style-type: none">33. Steril pakette tek kullanımlık olmalıdır.34. Ürünün, UTS/TİTUBB kaydı olmalıdır.35. Video prosesör URS kullanımı için firma tarafından konsinye olarak bırakılacak olup ,URS kullanımları bittiğinde firma video proseörü geri alacaktır.