

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Hastanemiz Ameliyathanesinde Kullanılan 1 Adet Stryker Marka Crossfire Model Shaver Cihazı Tamiri. işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

| S.No | MALZEME ADI | Miktarı | Birimi | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|------|---|---------|--------|--------------|--------------|
| 1 | ONARIM HİZMETLERİ (YEDEK PARÇA/MAL ALIMI DAHİL,İSTİSNA PARÇALAR DAHİL)SHAVER CİHAZI TAMİRİ. | 1 | Adet | | |
| | | | | Toplam | |

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:27.07.2022 10:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

22.07.2022 / 590

GEREKÇELİ RAPOR

| S.NU. | KÜNYE NU. | CİHAZIN ADI | MARKASI | MODELİ | SERİ NU. | ENV.GİR.TAR. | EDİNİM FİYATI |
|-------|------------|---|---------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| 1 | 1015478034 | FLEXIBLE VIDEO VUCUT İÇİ GÖÜNTÜLEME SİSTEMİ.ENDÖVİZYON SİSTEMİ | STRYKER | CROSSFIRE | 18B543214 | 2019 | 248.400,00 |

Hastanemiz Ortopedi ameliyathanesinde kullanılan yukarıda bilgileri yazılı olan shever cihazı arızalanmıştır. Yapılan incelemede Receptacce boardına bağlı RF ve shever soketinin arızalı olduğu çalışmadığı tespit edilmiştir.Arızalı olan Receptacce boardının değiştirilip cihazın gerekli ayar ve kalibrasyonunun yapılması gerekmektedir.

18.07.2022

- NOT : 1.Yapılan işe 1(bir) yıl garanti verilecektir.
2.İstekli TSE 12426 veya 13703 veya TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini sunmalıdır.
3.Yüklenici yapılan işi belirtir 2 (iki) adet teknik servis formu düzenleyip bir adedini atölyemize, diğerini fatura ile birlikte gider tahakkuk birimine teslim edilecektir.
4.Cihaz onarımdan sonra 5 (beş) iş günü fonksiyona tabi tutulacak bir problem yoksa ondan sonra faal raporu düzenlenecektir.

Seyhan Devlet Hastanesi
Ümmüğülsüm EROL
Biyomedikal Teknikeri



SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Tunca AKDAG
Elektrik - Elektronik Mühendisi

