

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Kullanılan Cisa Marka Otoklav Cihazı İçin Gerekli Malzeme İhtiyacı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BUHARLI DİK TİP STERİLİZASYON / OTOKLAVI GÜÇ KAYNAĞI-POWER SUPPLY	1	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:3.08.2022 15:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

## OTOKLAV CİHAZI POWER SUPPLY TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- CİSA MARKA 6514 MODEL OTOKLAV CİHAZINA UYGUN OLMALIDIR.
- 2- INPUT AC 100-240 VOLT 50/60 HZ 1,9 AMPER OLMALIDIR.
- 3- OUTPUT DC 24 VOLT 5 AMPER OLMALIDIR.
- 4- CİHAZ ÜSTÜNDE DENENDİKTES SONRA UYGUNLUK VERİLECEKTİR.
- 5- ÜRÜN KULLANILMAMIŞ VE SIFIR OLMALI KUTUSU KAPALI OLMALIDIR.
- 6- ÜRÜN 6 AY GARANTİLİ OLMALIDIR.
- 7- YÜKLENİCİ GÖZETİMİNDE BAKIMCI FİRMA TARAFINDAN TAKILMALI VE CİHAZ FAAL DURUMDA TESLİM EDİLMELİDİR.
- 8- DEĞİŞEN PARÇA BİOMEDİKAL BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİDİR.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Ümmüğülsüm EROL  
Biyomedikal Teknikeri

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
Tunca AKDAG  
Elektrik - Elektronik Mühendisi