

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 2 kalem Kuvöz Hava Bakteri Filtresi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KÜVÖZ HAVA - BAKTERİ FİLTRESİ (MAGİC LOGGİA)	100	Adet		
2	KÜVÖZ HAVA - BAKTERİ FİLTRESİ 60 X 15 CM (BABYNEST)	200	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:9.09.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

Kuvöz Filtresi Teknik Şartnamesi

- Ertunç Özcan marka BabyNest I-700 model kuvöze uyumlu olmalıdır.
- Filtreler, ortamda bulunan gözle görülmeyen toz ve mikro organizma partiküllerinin kuvöz içine girişini engellemek amacıyla 0,30-0,50 mikronluk porlara sahip olmalıdır.
- Boyutları birebir olmalı ve kuvözde bulunan orjinal filtre bölümüne takılabilmesi için uygun yerlerde takılma deliği ve çevresinde çerçeve görevi gören muhafaza bulunmalıdır.
- Filtreler orjinal ambalajında ve naylon koruyucular içinde bulunmalıdır.
- Ürünler CE belgeli olmalıdır.
- Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketle teslim edilmelidir.
- Filtrenin ÜTS kaydı olmalıdır.
- Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.
- Filtre numunesi cihaz üzerinde test edilecek, uygun görülürse mal kabul işlemlerine başlanacaktır.

Kuvöz Filtresi Teknik Şartnamesi

- Ertunç Özcan marka MAGIC LOGIA model kuvöze uyumlu olmalıdır.
- Filtreler, ortamda bulunan gözle görülmeyen toz ve mikro organizma partiküllerinin kuvöz içine girişini engellemek amacıyla 0,30-0,50 mikronluk porlara sahip olmalıdır
- Filtreler orjinal ambalajında ve naylon koruyucular içinde bulunmalıdır.
- Ürünler CE belgeli olmalıdır.
- Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve kesinlikle teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında sağlık bakanlığının belirlediği etiketle teslim edilmelidir.
- Filtrenin ÜTS kaydı olmalıdır.
- Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.
- Filtre numunesi cihaz üzerinde test edilecek, uygun görülürse mal kabul işlemlerine başlanacaktır

Ayşe Zaptak



Seyhan Devlet Hastanesi
Uzm. Dr. Ümit ÇELİK
Dip. T. No: 117264
Neonatal Uzmanı

