

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 3 kalem 3 Kalem Endotrakeal Tüp Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ENDOTRAKEAL TÜP, BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER MONİTORİZASYON İÇİN, TEK KANALLI, 7MM	8	Adet		
2	ENDOTRAKEAL TÜP, BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER MONİTORİZASYON İÇİN, TEK KANALLI, 7.5MM	5	Adet		
3	ENDOTRAKEAL TÜP, BAŞ BOYUN CERRAHİSİNDE NÖROMÜSKÜLER MONİTORİZASYON İÇİN, TEK KANALLI, 8MM	3	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:21.09.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

20.09.22 / 778

Sinir Monitorizasyonu Cihazı için EMG yapabilen Endotrakeal Tüp (SUT Kodu: AN1020)

Teknik Özellikleri

- 1- Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- 2- Ürü tek kanallı ve spiralli olmalıdır.
- 3- İletken alan (elektrodlar) tüpün üzerine print edilmiş şekilde olmalı. Tüpün üzerine ekstradan yapıştırılmamalıdır.
- 4- Sinir monitörizasyonunda kullanılan bir endotrakeal tüp olmalıdır.
- 5- Cerrahi boyunca vokal kord ve rekürrens larengeal siniri EMG aktivasyonunun monitörizasyonunda kullanılmalıdır.
- 6- Elektrotlar tüpün üzerinde sabit olmalı sonradan sarılmamalı ve hastanın vokal kord seviyesinde konumlandırılmalıdır.
- 7- Ürünün çapı 6.0mm, 6.5mm, 7.0mm, 7.5mm ve 8.0 mm olan seçenekleri bulunmalıdır.
- 8- Ürünün orijinal barkod numarası olup ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır.
- 9- Ürün CE sertifikasına sahip olmalıdır.
- 10- Ürün SUT geri ödeme listesinde bulunmalıdır.
- 11- Ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
- 12- Tüpün kullanıldığı cihazda, tüpün yerinde olup olmadığını kontrol eden sistem bulunmalıdır.
- 13- Cerrahi boyunca kablo bağlantılarında oluşabilecek sökölme, kopma gibi bağlantı sorunlarına karşı uyarı sistemi (sesli ve görüntülü) bulunmalıdır.

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Sinan ÇÖHRÜ
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 29545

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Musa POLAT
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No : 88745

SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Suavi ÖZKAN
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 48215