

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Elektro Cerrahi Bıçak Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ELEKTROCERRAHİ BIÇAĞI (TEK KULLANIMLIK)-(GS2160)	3	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:21.09.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

ESD Bıçağı Teknik Şartnamesi

- 1- Endoskopik işlem esnasında monopolar güç kaynağına bağlanmalı ve sindirim sistemindeki dokuları yüksek frekanslı akımla insize ve disekte etmek için kullanılmalıdır.
- 2- Özefagus, mide, duodenum ve kolon da yüzeysel kanser, submukozal tümör, Barrett's özefagus kanseri, diferansiyasyonlu kanser, atipizm ve gastrik adenomaları ve fibröz tümör gibi endüksiyonlar için kullanıma uygun olmalıdır.
- 3- ESD bıçağının O L I Q J ve H tipleri olmalıdır.
- 4- Endoskopun çalışma kanalından geçen kateter tüpü olmalıdır.
- 5- Yüksek frekanslı akım kullanılarak ESD prosedürü sırasında ön kesim, insizyon ya da diseksiyon yapmaya yarayan 0,4 mm kalınlığında kesme teli olmalıdır.
- 6- Kesme telinin kateter tüpünün distal ucundan dışarı çıkmasını sağlayacak kaydırıcı olmalıdır.
- 7- Modeline göre kesme telinin uç uzunluğu sırasıyla 1 mm, 1,5 mm, 2 mm ve 3 mm olmalıdır. Uç uzunluğu kullanıcı tarafından tercih edilebilmelidir.
- 8- Elektro cerrahi ünitesinden (ESU) akım almayı sağlayan soket girişi bulunmalıdır.
- 9- Solisyon irigasyonu için şırınga takma portu bulunmalıdır.
- 10- Solisyon boşaltımı için irigasyon deliği olmalıdır.
- 11- O tip bıçak için; işlem sırasında yüksek frekanslı akımın başka lezyonlara değmesini engellemek için koruyucu seramik başlığı olmalıdır.
- 12- Q tip bıçak için; özellikle gastrointestinal lezyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 13- L Tip bıçak için; handle ve bıçak ucu rotatable olmalıdır.
- 14- J tip bıçak için; Endoskopik skopun ürünün yerleştirilmesi ve işlem sırasında ne kadar çıktığını göstermeye yarayan, ürün kateter tüpünün üzerinde yeşil renk ile belirtilmiş distal işaretleme çizgisi olması gerekmektedir.
- 15- H Tip bıçak için, bıçak O tip ve L tip bıçakların özelliklerine sahip olmalıdır.
- 16- H tip bıçak endoskopik çalışma kanalından geçen iki tip kesme ucuna, ayarlama yapılabilmesi için iki kaydırıcı ve irigasyon portundan oluşmalıdır.
- 17- Malzeme tipine göre çalışma uzunluğu 1.820 mm 2.300 mm olmalıdır.
- 18- Malzeme tipine göre 2,4 mm ya da 2,8 mm çalışma kanalından geçmelidir.
- 19- Elektro cerrahi ünitesini kullanmak için (ESU) referans değer sunabilmelilerdir.
- 20- ESD bıçakları steril paketler içinde tek kullanımlık olmalıdır.
- 21- Son kullanma tarihi lot numarası ürün ambalajı üzerinde yazmalıdır.
- 22- Ürün markası malzeme handle üzerinde yer almalıdır.
- 23- ÜTS kaydı olmalıdır.
- 24- SGK Medula SUT eşleşmesi olmalıdır.
- 25- Teslim edilecek ürünlerin en az 3 yıl miadı olmalıdır.

Doç. Dr. Bahri ABAYLI
Seyhan Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No: 83859
Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı