

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Eski Binada Bulunan Yogun Bakım Hasta Başlı Paneleri İhtiyacı İcin Gerekli Yedek Parça Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI ARKA PANELİ OKSİJEN VAKUM KURU HAVA PİRİZLERİ MODÜLÜ	90	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:4.10.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Şut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşınması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2648 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

**MEDİKAL GAZ PİRİZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ OKSİJEN VAKUM KURU HAVA PİRİZLERİ İÇİN GECERLİDİR.**

1/Medikal gaz pirizleri sadece kendisine ait medikal gaz fişleriyle çalışacak şekilde her bir gaza. Ait.farklılaştırılmış olarak DIN EN 737/1 e, göre üretilmiş olmalıdır Ve gaz pirizleri çekvalflı olmalıdır.ve ikinci parca sökülse bile gaz sızdırmaz olmalıdır

2/-pirizler pirinç malzemeden imal edilmiş olup piriz iki parçadan müştakil olarak,ilk montaj Parçasına sert lehim ile bakır boruya monte Edilecektir sızdırmazlık parçaları ikinci montaj Parçasında kullanılmış olmalıdır GAZ PİRİZLERİNİN kafaları pirinç malzemeden krom, kaplı,yada krom olmalıdır ve ana gövdeye mandala ve turnaklı olmalıdır ya da İKİ ALYAN VİDALI OLMALIDIR PİRİZLERİN İÇ MİLERİ VE SABİTLEME PİMİ PASLANMAZ ÇELİKTEN OLMALIDIR GAZ PİRİZLERİ 2 YIL GARANTİLİ OLMALIDIR VE 5 YIL PARÇA TEMİN EDİLŞECEKTİR

3/-Gaz pirizleri ISO 9170 de tanımlanan test prösüdürlerine uygun olmalıdır

4/-Kullanım sırasında medikal gaz fişlerinin tek ele kolayla sökülüp takılması uygun olmalıdır

5/-Pirizler BS 5682 normlarına uygun olmalı ,ön kısmında bulunan beynelmilel gaz rengi ve temsil. Etiği gaz ismi yazılı olmalıdır

6/-Gaz pirizlerini üretimini yapacak firma ISO 9001,2000 and BS EN ISO 13485-2001 Kalite güvencesine uygun olmalıdır VE TÜM MALZEMELERİN MONTAJ VE DE MONTAJI YÜKLENİCİ FİRMAYA AYİTİR EKSİKSİZ TÜM SİSTEMLER TESTLERİ YAPILARAK ÇALIŞIR DURUMDA TESLİM EDİLECEKTİR

NOT TEKLİF VERECEK FİRMALAR YER GÖREREK TEKLİF VERMELİDİR

**Nuri TAŞ**  
Merkezi Gaz  
Sorunlusu

SEYHAN DEVLET HASTANESİ  
**Tuncay UN**  
Baş Teknisyen