

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
Adana İl Sağlık Müdürlüğü
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Plazma Kinetik Loop Elektrod Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PLAZMA KİNETİK LOOP ELEKTROD	20	Adet		
				Toplam	

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:5.10.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e_mail:adanadhs6.satinalma@saglik.gov.tr

PLAZMA LOOP ELEKTROD


(İNCE VE KALIN UÇLU)

TEKNİK ŞARTNAMESİ


- 1- Steril pakette disposable olmalıdır.
- 2- Plazma girişli rezektoskopa ve güç kaynağına takıp çalıştırılabilmelidir.
- 3- Düşük ısı ile rezeksiyon yapmalı ve doku kesi yeri hemostazı sağlamalı laterale enerji yayılımı yüksek olmamalıdır.
- 4- Plazma loop Hipotermi riski olmadan çalışabilmelidir.
- 5- Operasyon süresince yumuşak kesme performansı göstermelidir.
- 6- Kesme işleminde büyük kanama noktası hemostazı sağlamalıdır.
- 7- Rezeksiyon yaparken doku üzerinde karbonizasyon gözlenmemelidir.
- 8- Geniş yüzeyli kesme yaparak etkin hemostaz sağlamalıdır.
- 9- Serum fizyolojik veya laktatlı ringer solüsyonu ile çalışabilmelidir.
- 10- Sağlık Bakanlığı TİTUBB kaydı bulunmalıdır.
- 11- Looplar hastanemizdeki mevcut cihaza uyumlu olmalı ve kullanım sonrası karar verilecektir.



SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Engin Yalçın
Uroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 106239



SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Ferit ÇELİK
Dip. Tes. No: 55349
Uroloji Uzmanı



SEYHAN DEVLET HASTANESİ
Uz. Dr. Engin Yalçın
Dip. Tes. No: 12963
Uroloji Uzmanı