

T.C.  
ADANA VALİLİĞİ  
Adana İl Sağlık Müdürlüğü  
Seyhan Devlet Hastanesi

Sayı : 9254544/

Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 1 kalem Trakeostomi Seti Isı Ve Nem Tutucu Filtresi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	MALZEME ADI	Miktarı	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TRAKEOSTOMİ SETİ ISI VE NEM FİLTRESİ	50	Adet		
Toplam					

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:11.10.2022 16:00:00

- 1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
- 2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafınan karşılanacaktır.
- 3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KİK Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- 4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
- 5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
- 6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 8-Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüz Yirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.
- 9-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
- 10-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur.Geri ödeme kurumu barkod ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından,hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacaktır,anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
- 11-Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

Not:1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE  
İMZA

SEYHAN DEVLET HASTANESİ

YeniBaraj Mah Hacı Ömer Sabancı Cad. Seyhan/ADANA

Tlf:03222259329 Dahili:2647 Fax:0322 227 25 55 e\_mail:adanadhs6.satinalma@sağlik.gov.tr

## TRAKEOSTOMİ SETİ ISI VE NEM FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1:24 SAAT KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- 2:ISI VE NEM GEÇİRGEN OLMALIDIR.
- 3:FİLTRE EN AZ 100.000 CLASS ROOM TEMİZ PAKETLEME VEYA STERİL PAKETLERDE OLMALIDIR.
- 4:KOLAY YERLEŞTİRİLMELİDİR.
- 5:TEKLİ PAKETLER HALİNDE OLMALIDIR.
- 6:KOMPAKTA HAFİF OLMALIDIR.
- 7:ENDOTRAKEAL TÜP VE TRAKEOSTOMİ KANÜLLERİNİN KONNEKTÖRLERİNE UYGUN OLMALIDIR.
- 8:TRAKEOSTOMİ HASTALARINDA KULLANIMA UYGUN OLMALIDIR.
- 9:FİLTRE İÇİNDEKİ MALZEME POLİÜRETRANDAN VEYA SELÜLOZDAN İMAL EDİLMİŞ OLMALIDIR.
- 10:ÖLÜ BOŞLUK 16 ML Yİ AŞMAMALIDIR.
- 11:NUMUNE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.
- 12:YÜKLENİCİLER,ŞARTNAME DÖKÜMANINDA YER ALAN 'GENEL HÜKÜMLER' BAŞLIKLİ İÇERİKTE YER ALAN MADDELERE İLGİLİ ÜRÜNLERİN TESLİMİ,MUAYENE KABULÜ VE İLGİLİ ÜRÜNLER KURUM STOĞUNDA BİTENE KADAR GEÇEN SÜRE BOYUNCA UYMAIYI TAAHHÜT EDERLER.

Seyhan Devlet Hastanesi  
Uzm. Dr. Yurdağ BİLUT  
Dip. Tes. No: 14073  
Yoğun Bakım Uzmanı